



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E NOLEGGIO DI SISTEMA RIS/PACS CHIARIMENTI.

Quesito n° 1

Costi interfacciamento. Cap tecnico 1.2.3 pag 4 e 2.2.3 pag 7

I costi sono a carico della ditta fornitrice.

Quesito n. 2

Capitolato Tecnico 1.2.14: Griglie di errore

Si intende che il sistema deve prevedere meccanismi tali da permettere l'individuazione e il controllo di eventuali problemi durante la gestione del workflow tali da ridurre al minimo i rischi di errori. Ad esempio: il controllo della completa presenza delle immagini di uno studio sul PACS al termine della esecuzione dell'esame da parte del tecnico (condizione necessaria la presenza del DICOM Storage Commitment sulla modalità diagnostica), il controllo della coerenza dei dati tra quelli contenuti nel TAG DICOM e quelli visualizzati sulla postazione di lavoro, la tracciabilità di ogni singola operazione su uno studio ecc.

Quesito n. 3

Capitolato Tecnico 2.2.17.5: funzionalità del software di post processing per Medicina Nucleare.

La valutazione delle funzionalità del software di post processino per la Medicina Nucleare deve essere effettuata in sede di sopralluogo dai tecnici delle ditte partecipanti alla gara per evitare di fornire notizie non conformi o che possano essere intese non conformi alla realtà.

Quesito n. 4

Capitolato Tecnico 2.2.17.6: Funzionalità per il viewer specifico per Medicina Nucleare

La valutazione per il viewer specifico per Medicina nucleare deve essere effettuata in sede di sopralluogo dai tecnici delle ditte partecipanti alla gara per evitare di fornire notizie non conformi o che possano essere intese non conformi alla realtà.