

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Pugliese Ciaccio"
Catanzaro



REGIONE CALABRIA

SOC Provveditorato- Economato e Gestione logistica
Il Dirigente Responsabile Avv. Paolino SIMIO

Prot. 16535 del 31/07/2020

Spett. le Ditte

SIEMENS Healthcare s.r.l. - Milano
Ge Medical System Italia S.p.A.- Milano

Oggetto: Fornitura ed installazione di una gamma camera computerizzata doppia testa a geometria variabile"
Parere tecnico compatibilità nuova Spect e locali di installazione.

A seguito della nota di pari oggetto trasmessa dalla Commissione giudicatrice della procedura in essere si chiede a codeste Spett.le Ditte ad inoltrare ,per mezzo posta certificata , " Dichiarazione di compatibilità fra i locali di installazione e la macchina offerta, come richiesto dall'art. 2 del capitolato Speciale di gara.

Si rimane in attesa di cortese riscontro e comunque non oltre il 05/08/2020 ore 12.00.

Si ringrazia anticipatamente e si inviano distinti saluti.

Allegato n. 1 (nota Commissione giudicatrice)


P.O. Forniture Apparecchiature e
Beni Tecnologici.

Rag. Maria Procopio



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Pugliese Ciaccio"
Catanzaro



REGIONE CALABRIA

AO Pugliese Ciaccio Catanzaro
Protocollo Generale
N. 0016535 del 31/07/2020

30 / 07 / 2020

RUP

Gara "fornitura di una gamma camera computerizzata doppia testa a geometria variabile"

SEDE

Oggetto: parere tecnico compatibilità nuova Spect e locali di installazione

I sottoscritti, dr. Rosa Antonella Anoja, dr. Vincenzo Militano, dr. Antonella Santonicola, nominati quali componenti della commissione tecnica per la valutazione relativa alla "fornitura di una gamma camera computerizzata doppia testa a geometria variabile", rilevano che nella documentazione visionata, non compare "la dichiarazione di compatibilità fra i locali di installazione e la macchina offerta", come richiesto dall'art.2 del capitolato speciale di gara, ma entrambe le ditte hanno prodotto i soli layout di sala.

Ciò premesso, si sottolinea che per compatibilità fra locali e macchina, non deve intendersi una mera analisi geometrica ma anche funzionale, sia per i pazienti che per gli operatori.

Pertanto dovrà essere chiaramente indicato se la soluzione di installazione proposta ed indicata, è in grado di mantenere gli standard operativi di qualità e sicurezza già in essere nella diagnostica o induce modifiche significative come sembra da tali ultimi elementi, dal momento che non è possibile realizzare interventi strutturali.

La commissione, in attesa di tali dichiarazioni ha comunque provveduto ad esaminare le caratteristiche tecniche relative alle altre voci del capitolato.

dr. Rosa Antonella Anoja

dr. Vincenzo Militano

dr. Antonella Santonicola