

## DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, suddivisa in n° 256 lotti, unici ed infrazionabili, ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, avente ad oggetto procedura aperta per l'acquisto di materiale di consumo per mesi 42 occorrenti alla **SOC Anestesia e Rianimazione** dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio per un importo totale presunto, posto a base d'asta, pari ad € **5.408.524,00** iva esclusa. Numero Gara 7554624

### 1. PREMESSE

Con atto del Direttore Generale della A.O. Pugliese - Ciaccio n. 622 dell'11.10.2019 questa Amministrazione ha deliberato l'indizione di una procedura aperta telematica per la fornitura di materiale di consumo per la S.O.C. di Anestesia e Rianimazione.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2 del Codice, ovvero sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.4, del Codice.

I luoghi di consegna della fornitura: Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la P.O. Rag. Anna Curcio

### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara
2. Domanda di partecipazione
3. Capitolato tecnico
4. Disciplinare telematico
5. Timing di gara
6. DGUE
7. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
8. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
9. Atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale
10. Informativa per il trattamento dei dati personali
11. Patto di integrità

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet [https://www.aocatanzaro.it/nella sezione "Bandi & Gare"](https://www.aocatanzaro.it/nella%20sezione%20Bandi%20&%20Gare),

nonché all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aociaccio](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio), nell'elenco 'Bandi e avvisi in corso' in corrispondenza della specifica procedura di gara.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti tramite l'apposita funzione 'Chiarimenti' posta all'interno della scheda di gara, le cui istruzioni sono contenute nell'allegato 'Disciplinare telematico', almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.aocatanzaro.it> nella sezione "Bandi & Gare" e all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aociaccio](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio) nell'elenco 'Bandi e avvisi in corso' in corrispondenza della specifica procedura di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese:

- all'indirizzo PEC: [areabenieservizi@pecaocz.it](mailto:areabenieservizi@pecaocz.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara;
- tramite la piattaforma telematica impiegata per lo svolgimento della presente procedura. In tal caso le comunicazioni saranno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma stessa. Si consiglia perciò di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per la S.O.C. di Anestesia e Rianimazione.

L'appalto è stato suddiviso in n. 256 lotti singoli, come dettagliatamente indicati e descritti nel capitolato tecnico allegato.

L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti e si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, ovvero sul criterio del minor prezzo.

L'importo a base di gara pari ad euro **5.408.524,00** è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

**NUMERO GARA: 7554624**

<b>LOTTI</b>	<b>CIG</b>	<b>IMPORTO PER 42 MESI IVA ESCLUSA</b>
Lotto 1	805161748A	€. 1.750,00
Lotto 2	80516732C1	€. 7.700,00
Lotto 3	8051686D78	€. 2.100,00
Lotto 4	8051707ECC	€. 37.800,00
Lotto 5	805171770F	€. 45.500,00
Lotto 6	805175024C	€. 3.500,00
Lotto 7	8051786002	€. 15.400,00
Lotto 8	805179576D	€. 3.937,00
Lotto 9	80518336C9	€. 1.050,00
Lotto 10	80518493FE	€. 2.100,00
Lotto 11	8051858B69	€. 3.150,00
Lotto 12	8051877B17	€. 4.725,00
Lotto 13	805188735A	€. 11.550,00
Lotto 14	8051910654	€. 31.500,00
Lotto 15	8051917C19	€. 30.450,00
Lotto 16	805193287B	€. 7.000,00
Lotto 17	8051938D6D	€. 9.100,00
Lotto 18	80519539CF	€. 10.500,00
Lotto 19	8051960F94	€. 4.725,00
Lotto 20	8051968631	€. 7.000,00
Lotto 21	80519821C0	€. 10.500,00
Lotto 22	8052008733	€. 3.500,00
Lotto 23	8052162649	€. 7.000,00
Lotto 24	8052172E87	€. 10.500,00
Lotto 25	80521761D8	€. 7.350,00
Lotto 26	80521815F7	€. 56.000,00
Lotto 27	8052190D62	€. 3.500,00
Lotto 28	80521983FF	€. 8.400,00
Lotto 29	805220274B	€. 24.500,00
Lotto 30	80522173AD	€. 7.000,00
Lotto 31	8052854159	€. 9.450,00
Lotto 32	805285522C	€. 12.600,00
Lotto 33	80528562FF	€. 11.900,00
Lotto 34	80528573D2	€. 21.000,00
Lotto 35	80528584A5	€. 14.000,00
Lotto 36	8052859578	€. 3.150,00
Lotto 37	805286064B	€. 5.950,00
Lotto 38	805286171E	€. 7.000,00
Lotto 39	80528627F1	€. 17.500,00
Lotto 40	80528638C4	€. 5.950,00
Lotto 41	8052865A6A	€. 7.000,00
Lotto 42	8052866B3D	€. 15.750,00
Lotto 43	8052867C10	€. 8.750,00
Lotto 44	8052868CE3	€. 7.525,00
Lotto 45	8052869DB6	€. 12.250,00
Lotto 46	8052871F5C	€. 7.000,00
Lotto 47	8052872034	€. 8.400,00
Lotto 48	8052873107	€. 34.125,00

Lotto 49	80528741DA	€ 26.250,00
Lotto 50	80528752AD	€ 164.500,00
Lotto 51	8052876380	€ 10.500,00
Lotto 52	8052878526	€ 7.000,00
Lotto 53	80528806CC	€ 10.500,00
Lotto 54	805288179F	€ 22.750,00
Lotto 55	8052882872	€ 35.000,00
Lotto 56	8052883945	€ 7.000,00
Lotto 57	80535206F1	€ 7.875,00
Lotto 58	8053545B91	€ 1.750,00
Lotto 59	8053550FB0	€ 7.000,00
Lotto 60	80535564A7	€ 52.500,00
Lotto 61	8053559720	€ 35.000,00
Lotto 62	8053563A6C	€ 3.150,00
Lotto 63	8053567DB8	€ 7.000,00
Lotto 64	8053570036	€ 4.725,00
Lotto 65	80535732AF	€ 73.500,00
Lotto 66	80535797A1	€ 147.000,00
Lotto 67	8053585C93	€ 31.500,00
Lotto 68	80536008F5	€ 22.050,00
Lotto 69	8053608F8D	€ 140.000,00
Lotto 70	8053614484	€ 17.500,00
Lotto 71	80536355D8	€ 38.500,00
Sub.Lotto 71.1		€ 14.000,00
Sub.Lotto 71.2		€ 24.500,00
Lotto 72	8053638851	€ 6.125,00
Lotto 73	8053643C70	€ 112.000,00
Lotto 74	8053647FBC	€ 126.000,00
Lotto 75	805365023A	€ 56.000,00
Lotto 76	8053654586	€ 3.500,00
Lotto 77	80536599A5	€ 42.000,00
Lotto 78	8053661B4B	€ 105.000,00
Lotto 79	8053666F6A	€ 59.500,00
Lotto 80	8053672461	€ 5.250,00
Lotto 81	8053678953	€ 5.250,00
Lotto 82	8053683D72	€ 7.000,00
Lotto 83	8053752665	€ 3.500,00
Lotto 84	805380956F	€ 3.500,00
Lotto 85	8053854A90	€ 3.500,00
Lotto 86	805386754C	€ 7.000,00
Lotto 87	8053871898	€ 14.000,00
Lotto 88	8053874B11	€ 8.750,00
Lotto 89	8053878E5D	€ 26.250,00
Lotto 90	8053880008	€ 21.000,00
Lotto 91	80539054A8	€ 42.000,00
Lotto 92	8054050C4E	€ 8.750,00
Lotto 93	8054062637	€ 8.750,00
Lotto 94	8054100593	€ 8.400,00
Lotto 95	8054106A85	€ 26.250,00
Lotto 96	8054931357	€ 10.500,00
Lotto 97	8054936776	€ 6.300,00
Lotto 98	8054943D3B	€ 3.150,00

Lotto 99	8054949232	€ 27.300,00
Lotto 100	8054961C16	€ 36.750,00
Lotto 101	8054970386	€ 12.250,00
Lotto 102	8054976878	€ 42.000,00
Lotto 103	80549968F9	€ 12.600,00
Lotto 104	8055004F91	€ 12.600,00
Lotto 105	80550315DC	€ 1.050,00
Lotto 106	8055043FC0	€ 3.500,00
Lotto 107	80550483E4	€ 17.500,00
Lotto 108	8055195D30	€ 70.000,00
Lotto 109	80552212A8	€ 5.530,00
Lotto 110	8055229940	€ 1.750,00
Lotto 111	8055233C8C	€ 133.000,00
Lotto 112	8055237FD8	€ 14.000,00
Lotto 113	8055239183	€ 45.500,00
Lotto 114	8055245675	€ 18.900,00
Lotto 115	80552488EE	€ 38.500,00
Lotto 116	8055251B67	€ 14.000,00
Lotto 117	8055256F86	€ 5.250,00
Lotto 118	80552667C9	€ 2.100,00
Lotto 119	805526789C	€ 15.750,00
Lotto 120	8055275F34	€ 3.500,00
Lotto 121	80552781B2	€ 3.500,00
Lotto 122	80552835D1	€ 42.000,00
Lotto 123	8055285777	€ 42.000,00
Lotto 124	8055289AC3	€ 8400,00
Lotto 125	80553068CB	€ 10.500,00
Lotto 126	805531503B	€ 43.750,00
Lotto 127	8055327A1F	€ 15.575,00
Lotto 128	8055334FE4	€ 9.800,00
Lotto 129	8055343754	€ 13.020,00
Lotto 130	8055350D19	€ 6.860,00
Lotto 131	8055362702	€ 5.950,00
Lotto 132	8055369CC7	€ 4.200,00
Lotto 133	8055377364	€ 2.950,00
Lotto 134	8055387BA2	€ 3.717,00
Lotto 135	80554038D7	€ 12.285,00
Lotto 136	805541311A	€ 73.500,00
Lotto 137	8055431FF0	€ 26.250,00
Lotto 138	80554374E7	€ 36.750,00
Lotto 139	8055450F9E	€ 5.250,00
Lotto 140	8055526E56	€ 7.770,00
Lotto 141	8055536699	€ 5.600,00
Lotto 142	805555671A	€ 3.500,00
Lotto 143	8055565E85	€ 3.990,00
Lotto 144	80555756C8	€ 14.000,00
Lotto 145	8055584E33	€ 23.100,00
Lotto 146	80555935A3	€ 84.000,00
Lotto 147	8055602D0E	€ 22.400,00
Lotto 148	805561147E	€ 5.600,00
Lotto 149	80556157CA	€ 4.200,00
Lotto 150	8055618A43	€ 20.640,00

Lotto 151	8055623E62	€ 10.500,00
Lotto 152	805563042C	€ 61.950,00
Lotto 153	8055639B97	€ 6.825,00
Lotto 154	80556504AD	€ 105.000,00
Lotto 155	80556547F9	€ 28.000,00
Lotto 156	80556737A7	€ 126.000,00
Lotto 157	8055678BC6	€ 12.950,00
Lotto 158	8055688409	€ 7.525,00
Lotto 159	8055698C47	€ 7.525,00
Lotto 160	8055702F93	€ 3.500,00
Lotto 161	8055710630	€ 17.500,00
Lotto 162	8055719D9B	€ 24.150,00
Lotto 163	8055725292	€ 5.250,00
Lotto 164	8055731784	€ 5.250,00
Lotto 165	8055739E1C	€ 5.880,00
Lotto 166	8055745313	€ 4.200,00
Lotto 167	8055751805	€ 5.600,00
Lotto 168	8055755B51	€ 7.700,00
Lotto 169	8055761048	€ 3.500,00
Lotto 170	8055765394	€ 80.500,00
Lotto 171	8055773A2C	€ 13.300,00
Lotto 172	805578219C	€ 10.500,00
Lotto 173	80557875BB	€ 31.500,00
Lotto 174	8055790834	€ 10.500,00
Lotto 175	8055794B80	€ 42.000,00
Lotto 176	8055797DF9	€ 66.500,00
Lotto 177	8055800077	€ 12.600,00
Lotto 178	805580221D	€ 4.200,00
Lotto 179	8055806569	€ 4.900,00
Lotto 180	8055814C01	€ 42.000,00
Lotto 181	8055817E7A	€ 5.250,00
Lotto 182	80558265EA	€ 157.500,00
Lotto 183	8055830936	€ 36.750,00
Lotto 184	8055836E28	€ 52.500,00
Lotto 185	8055837EFB	€ 11.200,00
Lotto 186	8055848811	€ 14.000,00
Lotto 187	80558509B7	€ 28.000,00
Lotto 188	8055856EA9	€ 7.000,00
Lotto 189	8055857F7C	€ 14.000,00
Lotto 190	8055870A38	€ 7.000,00
Lotto 191	8055875E57	€ 17.850,00
Lotto 192	8055890AB9	€ 42.000,00
Lotto 193	8055894E05	€ 7.875,00
Lotto 194	8055898156	€ 10.500,00
Lotto 195	80559024A2	€ 3.650,00
Lotto 196	80559067EE	€ 4.200,00
Lotto 197	80559815D3	€ 7.000,00
Lotto 198	8056282E35	€ 3.500,00
Lotto 199	8056286186	€ 5.250,00
Lotto 200	80562904D2	€ 17.500,00
Lotto 201	8056292678	€ 5.250,00
Lotto 202	80562958F1	€ 35.000,00

Lotto 203	8056297A97	€ 10.500,00
Lotto 204	8056300D10	€ 3.500,00
Lotto 205	8056304061	€ 105.000,00
Lotto 206	80563072DA	€ 5.950,00
Lotto 207	8056309480	€ 4.200,00
Lotto 208	8056318BEB	€ 3.500,00
Lotto 209	80563240E2	€ 3.780,00
Lotto 210	805632735B	€ 126.000,00
Lotto 211	80563305D4	€ 27.790,00
SubLotto 211a		€ 20.090,00
SubLotto 211b		€ 3.500,00
SubLotto 211c		€ 4.200,00
Lotto 212	8056336AC6	€ 7.350,00
Lotto 213	8056339D3F	€ 5.600,00
Lotto 214	8056342FB8	€ 5.250,00
Lotto 215	80563473DC	€ 3.500,00
Lotto 216	8056351728	€ 34.650,00
Lotto 217	80563527FB	€ 3.500,00
Lotto 218	8056355A74	€ 8.750,00
Lotto 219	8056359DC0	€ 5.250,00
Lotto 220	805636203E	€ 3.500,00
Lotto 221	8056377C9B	€ 3.500,00
Lotto 222	8056379E41	€ 4.375,00
Lotto 223	80563820BF	€ 8.750,00
Lotto 224	805638640B	€ 52.500,00
Lotto 225	8056394AA3	€ 3.500,00
Lotto 226	8056399EC2	€ 4.900,00
Lotto 227	80564042E6	€ 3.500,00
Lotto 228	8056408632	€ 1.050,00
Lotto 229	805641297E	€ 3.850,00
Lotto 230	8056416CCA	€ 5.250,00
Lotto 231	80564221C1	€ 8.785,00
Lotto 232	8056424367	€ 8.750,00
Lotto 233	8056429786	€ 5.250,00
Lotto 234	805643192C	€ 8.750,00
Lotto 235	8056436D4B	€ 8.750,00
Lotto 236	805644009C	€ 8.750,00
Lotto 237	8056443315	€ 4.550,00
Lotto 238	8056447661	€ 7.000,00
Lotto 239	8056452A80	€ 6.909,00
Lotto 240	8056457E9F	€ 5.292,00
Lotto 241	80564622C3	€ 8.750,00
Lotto 242	805647095B	€ 5.292,00
Lotto 243	8056475D7A	€ 11.602,00
Lotto 244	80564790CB	€ 31.500,00
Lotto 245	80564855BD	€ 6.300,00
Lotto 246	8056496ECE	€ 17.500,00
Lotto 247	80565023C5	€ 26.250,00
Lotto 248	80565088B7	€ 26.250,00
Lotto 249	8056511B30	€ 26.250,00
Lotto 250	8056514DA9	€ 2.100,00
Lotto 251	80565202A0	€ 5.040,00

Lotto 252	80565245EC	€. 17.500,00
Lotto 253	8056531BB1	€. 70.000,00
Lotto 254	8056534E2A	€. 210,00
Lotto 255	8056536FD0	€. 280,00
Lotto 256	805653817B	€. 11.550,00

**5.408.524,00**

#### 4.1. DURATA, OPZIONI E RINNOVI

#### 4.2. DURATA

L'affidamento ha una durata temporale di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto .

#### 4.3. OPZIONI E RINNOVI

Per il presente appalto è prevista l'opzione di proroga di 6 mesi.

Il rinnovo del contratto non è previsto.

### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per



la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e s.m.i.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

**Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **7.2. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- α. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- β. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

## **7.3. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

## **8. AVVALIMENTO**

L'avvalimento non è previsto in quanto non sono richiesti requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale.

## **9. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo non è previsto.

## **10. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% dell'importo complessivo di ogni singolo lotto (gara), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. Nel caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente può prestare un'unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano elencati specificamente i lotti cui si partecipa e i relativi importi.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alla microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento in conto corrente accesso presso la BNL di Catanzaro IBAN:IT57G010050440000000218010;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della

presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

Il contributo a favore dell'Anac è dovuto per i seguenti Lotti:

Si precisa che i predetti contributi sono calcolati sulla base di quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La documentazione di partecipazione alla gara dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement Net4market attivata dall'A.O. Pugliese - Ciaccio e raggiungibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aociaccio](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio).

Le modalità di presentazione dell'offerta sono riportate nell'Allegato n.3 Disciplinare telematico.

I termini temporali sono riportati nell'Allegato n.4 Timing di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.aocatanzaro.it> nella sezione "Bandi & Gare" ed all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_aociaccio](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio) nell'elenco 'Bandi e avvisi in corso' in corrispondenza della specifica procedura di gara.

Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione potrà essere prodotta in copia scansionata conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e dovrà essere caricata a sistema secondo le istruzioni contenute nell'allegato n. 4 'Disciplinare telematico'.

### 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione (all. 1) è redatta, in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) procura.

### 15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE tramite l'apposito modulo fornito in allegato alla documentazione di gara (allegato 5).

**Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;**

**Parte II - Informazioni sull'operatore economico:**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

**in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. "black list"**

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ( ai sensi dell'art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia scannerizzata dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

**Parte III – Motivi di esclusione:**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-BC-D).

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].*

**Parte IV – Criteri di selezione:**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

**Parte VI – Dichiarazioni finali:**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.



In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **15.3.1. Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

#### **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. "black list"**

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

1. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
3. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
4. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

#### **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 2, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### 15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

### Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

1. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

### 15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - α. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - β. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - γ. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica deve essere caricata secondo le istruzioni contenute nell'allegato n. 3 "disciplinare telematico" e contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: a) Schede tecniche e caratteristiche operativo-funzionali

riferite ai prodotti offerti da cui evincere le caratteristiche dell'offerta secondo quanto richiesto dal capitolato tecnico; b) Materiale illustrativo dei prodotti offerti.

Per tutti i prodotti offerti inoltre, dovrà essere certificata la conformità alla normativa vigente, indicando il nome commerciale del prodotto, della Ditta produttrice, l'indicazione d'uso, il confezionamento, notizie sui processi di fabbricazione, materie prime e metodologia dei controlli di qualità. Dovrà essere altresì indicato il CND ed il numero di repertorio dei prodotti offerti.

Resta inteso che la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti nella "BUSTA TECNICA" comporterà l'esclusione dalla gara.

**L'indicazione di qualsiasi riferimento a costi, prezzi e valutazioni economiche inserite nella "BUSTA TECNICA" sarà motivo di esclusione dalla gara.**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

## **17. CONTENUTO DELLA "BUSTA ECONOMICA"**

L' "Offerta economica" deve essere predisposta e caricata secondo le istruzioni contenute nell'allegato n. 3 'Disciplinare telematico' e contiene, a pena di esclusione, i prezzi unitari offerti dei lotti ai quali l'operatore economico intende partecipare;

L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo la A.O. Pugliese - Ciaccio.

Si precisa che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l'esclusione dalla gara:

- **se parziale;**
- **se condizionata;**
- **se indeterminata;**
- **se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara.**

Si precisa, inoltre, che l'operatore economico si impegna a mantenere l'offerta economica irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di prenderne visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.

Si precisa, altresì, che in caso di indicazione dell'offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Si precisa, infine, che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di R.T.I. (costituendo o già costituito) o di Consorzi, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi, così come previsto dall'art.48, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Le offerte vanno riferite al prodotto unitario, prescindendo dal confezionamento. L'Operatore Economico aggiudicatario fornirà i presidi richiesti nelle confezioni presenti in listino, secondo le richieste avanzate di volta in volta dalla Struttura abilitata della Stazione Appaltante.

## 18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

### 18.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi [la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis del codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo].

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<b>70</b>
Offerta economica	<b>30</b>
TOTALE	<b>100</b>

#### 18.1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

**LOTTO 1:** KIT ANESTESIA SUBARACNOIDEA CONTINUA COMPLETO DI CATETERE RADIOPACO GRADUATO DA 30 CM CON DISPENSER, AGO SPINALE DI SPOTTE DA 24G, CONNETTORE, ADATTATORE, SIRINGA, FILTRO DA 0,2MICRON (A01030101) - QUANTITA' 25 ANNUI

#### CARATTERISTICHE ESSENZIALI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 2:** KIT ANESTESIA SPINALE CON INTRODUTTORE DOTATO DI SISTEMA DI RAPIDA VISUALIZZAZIONE DEL LIQUOR PUNTA TIPO WITACHRE MODIFICATO 22, 25, 26, 27 **EXTRALUNGO** (A01030101) - 25 PER MISURA ANNUI

#### CARATTERISTICHE ESSENZIALI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 3:** AGO SPINALE PEDIATRICO A PUNTA DI SPOTTE MISURE: 27 G X 25 MM, 27 G X 35 MM CON LENTE, 25 G X 35 MM CON LENTE (A01030101) - 25 PER MISURA ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 4:** AGO PER ANESTESIA SPINALE A SEZIONE VARIABILE, CON PUNTA CONICA ELLITTICA, IMPUGNATURA IN POLICARBONATO A SEZIONE OTTAGONALE, STERILE E MONOUSO, NELLE MISURE: (A01030101)

DA 22G /27G LUNGHEZZA 103MM INTRODUTTORE 38MM;

DA 24/28 LUNGHEZZA 103MM INTRODUTTORE 38MM;

DA 25G /29G LUNGHEZZA 103MM INTRODUTTORE 38MM;

MIS 22/27 X 103:1500 300

MIS 24/28: 300

MIS 25/29: 300

TOTALE : 900 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 5:** AGO SPINALE PUNTA A MATITA CON INTRODUTTORE VARIE MISURE E LUNGHEZZE (A01030101) – QUANTITA' 2000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 6:** KIT ANESTESIA SUBARACNOIDEA CONTINUA COMPLETO DI CATETERE RADIOPACO GRADUATO DA 30 CM CON DISPENSER, AGO SPINALE DI SPOTTE DA 24G, CONNETTORE, ADATTATORE, SIRINGA, FILTRO DA 0,2MICRON (A01030101) – QUANTITA' 25 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
-------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 7:** KIT ANESTESIA SPINALE CON INTRODUTTORE DOTATO DI SISTEMA DI RAPIDA VISUALIZZAZIONE DEL LIQUOR PUNTA TIPO WITACHRE MODIFICATO 22, 25, 26, 27 EXTRALUNGO (A01030101) - 50 PER MISURA TOTALE 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 8:** SET PER PROCEDURE DI ANESTESIA SPINALE CONTINUA COMPOSTO DA: AGO SPOTTE SPECIAL 21 G X 90 MM CON ALETTE, CATETERE 25 G X 90 CM FORO CENTRALE, RADIOPACO, MANDRINO ACCIAIO, ADATTATORE, FILTRO 0,2µM, SIRINGA LUER 1ML. (A01030101) - QUANTITA' 25 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 9:** KIT PER PERIDURALE PEDIATRICA CON AGO DI TUOHY 19GX45MM, CATETERE 23GX45CM, MANDRINO GUIDA X RAY, FILTRO 0,2 MICRON, ADATTATORE BORST , 10ML SIRINGA LOR. (A01030102) - QUANTITA' 15 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 10:** AGO PERIDURALE TUOHY EXTRALUNGO DA 16 E 18 G. (A01030102) - QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA'
------------------------	-------------------	-----------

		<b>DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 11:** AGO PER PERIDURALE CON PUNTA TUOHY DA 16 E 18 G. (A01030102) - 100 PER MISURA TOTALE: 200 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 12:** AGO DA CAUDALE DA 25, 22, 20 G (A01030102) - 100 PER MISURA: TOTALE 300 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 13:** MINIKIT PER ANESTESIA EPIDURALE CONTINUA CON AGO DI TUOHY 18 G. FILTRO (A01030102) - QUANTITA' 300 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 14:** SET PER ANESTESIA EPIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA: AGO DI TUOHY CON TACCHE DI PROFONDITÀ; CATETERE PERIDURALE IN POLIAMMIDE ANTI-INGINOCCHIAMENTO, G25X90CM CON TRE FORI LATERALI, CONO GUIDA PER L'INTRODUZIONE, LINEA RADIOPACA E INDICATORI DI PROFONDITÀ; MANDRINO IN ACCIAIO TEFLONATO; FILTRO ANTIBATTERICO 0,22 MICRON; RACCORDO CON GHIERA DI



FISSAGGIO; SIRINGA MONOUSO L.O.R.; SIRINGA MONOUSO DA 2,5ML. MISURE AGO: G18X90MM, G20X90MM, G21X90MM (A01030102) - QUANTITA' 500 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 15:** SET PER ANESTESIA **COMBINATA SPINALE/EPIDURALE** COMPOSTO DA: AGO DI TUOHY 18G CON BISELLO POSTERIORE E SISTEMA DI BLOCCAGGIO INTEGRATO RIMUOVIBILE, AGO SPINALE DI SPROTTE 27G E 25G COMPLETO DI MARCATORE, CATETERE CON PUNTA CHIUSA FORI LATERALI E GUIDA DI INSERIMENTO, ADATTATORE, SIRINGA A BASSA PRESSIONE E FILTRO. (A01030102) - 150 PER MISURA TOTALE 300 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 16:** AGHI CON PUNTA FACET DOTATI DI MARCATORI ECO RIFLETTENTI PER IL CONTROLLO DEL DOLORE POST-OPERATORIO NEGLI INTERVENTI DI CHIRURGIA ADDOMINALE. MIS.: 21G X 110 MM., 22G X 80 MM., CIRCA. (A010302) - 100 PER MISURA TOTALE 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 17:** AGO PER BLOCCHI NERVOSI PERIFERICI ECO-ENS GUIDATI. RIVESTIMENTO ISOLANTE A BASSA RESISTENZA SIA INTERNO CHE ESTERNO ALL'AGO IN NANOLINE. DOTATO DI RIFLETTORI CORNERSTONE A TRIPLA SFACCETTATURA DISPOSTI SU DUE SEZIONI ZIGRINATE LUNGHE 10 MM. CIASCUNA CHE NE GARANTISCONO LA PERFETTA ECOGENICITÀ . L'AGO DEVE ESSERE DOTATO DI PUNTA FACET E PUNTA SPROTTE E DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE:

MISURA 22 G X 50 MM.

MISURA 21 G X 100 MM.

LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ FORNIRE L'APPARECCHIO ELETTROSTIMOLATORE. (A010302) - 100 X MISURA TOTALE 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 18:** AGHI PER BLOCCHI PERIFERICI ECO-GUIDATI E PER ELETTRONEUROSTIMOLATORE DOTATI DI MARCATORI ECORIFLETTENTI CON **PUNTA A TAGLIO**. RIVESTIMENTO ISOLANTE A BASSA RESISTENZA SIA INTERNO CHE ESTERNO ALL'AGO. MISURE 22G X 40 MM., 22G X 60MM., 22G X 70MM., 22G X 90MM., 21G X 100 MM., 20G X 120 MM. CIRCA. (A010302) - QUANTITA' 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 19:** SET PER ANESTESIA LOCO-REGIONALE CONTINUA DI NERVI O PLESSI NERVOSI INDIVIDUATI MEDIANTE ELETTRONEUROSTIMOLAZIONE E/O ONDE ULTRASONORE, COMPOSTO DA AGO CON PUNTA FACET, CANNULA A PERMANENZA PREMONTATA SULL'AGO, CATETERE CON CONNESSIONE LUERLOCK, FILTRO E DISPOSITIVO DI FISSAGGIO DEL FILTRO. IL CATETERE DEVE ESSERE DOTATO DI UN'APERTURA PROSSIMALE, CHE CONSENTE LA FUORIUSCITA DEL LIQUIDO ANESTETICO NELLO SPAZIO TRA IL CATETERE E LA CANNULA PERMANENTE. L'AGO DEVE ESSERE PROVISTO DI RIVESTIMENTO ISOLANTE A BASSA RESISTENZA SIA INTERNO CHE ESTERNO ALL'AGO IN NANOLINE E DOTATO DI RIFLETTORI CORNERSTONEA TRIPLA SFACCETTATURA DISPOSTI SU DUE SEZIONI ZIGRINATE LUNGHE 10 MM. CIASCUNA CHE NE GARANTISCONO LA PERFETTA ECOGENICITÀ E APERTURA LATERALE OLTRE A QUELLA CENTRALE. PUNTA FACET ELETTROSTIMOLANTE. (A010302) - 10 PER MISURA TOTALE 30 ANNUI

AGO 18G X 51 MM. CATETERE DA 21GX68MM

AGO 18G X 75 MM. CATETERE DA 21GX94MM

AGO 18G X 83 MM. CATETERE DA 21GX83MM

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 20:** SET CON AGHI UNIPOLARI ECOGENICI E STIMOLABILI DOTATI DI MARCATORI ECORIFLETTENTI CON PUNTA DI TUOHY E PUNTA FACET. RIVESTIMENTO ISOLANTE A BASSA RESISTENZA SIA INTERNO CHE ESTERNO ALL'AGO. MISURA 19G X 50MM., 19G X 100MM., CIRCA. CATETERE CON SPIRALE IN ACCIAIO INOX INTEGRATA, CIRCUITO ELETTRICO IN CONTINUO E PUNTA ELETTROSTIMOLABILE. ECO RIFLETTENTE CON

APERTURA CENTRALE DA 20G , ADATTATORE, ADATTATORE PER STIMOLAZIONE, FILTRO E SISTEMA DI FISSAGGIO. MIS.: 20G X 50 MM., CIRCA. (A010302) – QUANTITA' 40 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 21:** KIT CON AGO DI TUOHY DOTATO DI MARCATORI ECO RIFLETTENTI PER IL CONTROLLO DEL DOLORE POST-OPERATORIO NEGLI INTERVENTI DI CHIRURGIA ADDOMINALE E GENERALE COMPLETO DI CATETERE ARMATO DA 60 CM. CIRCA, CON PUNTA FLESSIBILE E PERFORATO NELLA PARTE DISTALE. FILTRO, SISTEMA DI FISSAGGIO E ADATTATORE. MIS.: 17G X 90 MM., CIRCA. (A010399) – QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 22:** SET PER TAP-BLOCK SINGLE SHOT COMPOSTO DA AGO PUNTA FACET, PERFETTAMENTE ECOGENICO INDIPENDENTEMENTE DALL'ANGOLO DI INSERZIONE DELL'AGO PER LA PRESENZA NELLA ESTREMITÀ DISTALE DELL'AGO DI DUE SEZIONI ZIGRINATE DOVE SONO PRESENTI MARCATORI ECORIFLETTENTI A TRIPLA SFACCETTATURA. COMPLETO DI LINEA DI ESTENSIONE PER INIEZIONE DELL'ANESTETICO. MISURA AGO : 21 G X 110 MM (A010399) – QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 23:** SET PER TAP-BLOCK CONTINUO COSTITUITO DA AGO PUNTA TUHOY CON MARCATORI ECORIFLETTENTI A TRIPLA SFACCETTATURA NELLA PARTE DISTALE DELL'AGO, CATETERE PUNTA MORBIDA CHIUSA CON ARMATURA A SPIRALE E MICROFORI LATERALI DISPOSTI SULL'INTERA CIRCONFERENZA DEL CATETERE, FILTRO, ADATTATORE A CLAMP, SISTEMA DI FISSAGGIO DEL FILTRO ALLA CUTE. MISURE AGO DI TUOHY : 17 G X 90 MM, MISURA CATETERE: 19 G X 60 CM. (A010399) – QUANTIA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
------------------------	-------------------	---------------------------

Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 24:** AGO AD ALTA ECOGENICITÀ PER ACCESSI VASCOLARI VENOSI E ARTERIOSI DOTATO DI MARCATORI ECO RIFLETTENTI CHE GARANTISCONO LA VISIBILITÀ ECOGRAFICA INDIPENDENTEMENTE DALL'ANGOLO DI INSERIZIONE, COMPATIBILE CON I FILI GUIDA STANDARD. MIS. 21GX35MM., 18GX40MM.; 18X70MM.; 18GX100MM. CIRCA. (A019099) – QUANTITA' 300 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 25:** REGOLATORE DI FLUSSO A TAMBURO ROTANTE COMPLETO DI 3 FILTRI ANTIBATTERICI, MECCANISMO A CODA DI LUCERTOLA, PUNTO DI INIEZIONE A Y, LUNGHEZZA TOTALE DEL DEFLUSSORE ALMENO 220 CM CON MACROGOCCIOLATORE (A03010103) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 26:** CASSETTE MONOUSO PER UNITÀ RISCALDANTE SANGUE E FLUIDI A RAGGI INFRAROSSI COMPLETA DI VALVOLA ANTIREFLUSSO E SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA IMPOSTATA ALLA FINE DELLA LINEA DEL PAZIENTE. (A030105) – QUANTITA' 200 ANNUI.

LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ FORNIRE LA RELATIVA UNITÀ RISCALDANTE.

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 27: SISTEMI PER INFUSIONE RAPIDA (ALTO FLUSSO) (A0303) – QUANTITA' 200 ANNI****CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 28: SET PER INFILTRAZIONE CONTINUA DELLA FERITA CHIRURGICA COMPOSTO DA: CATETERE CON SPIRALE METALLICA CON FORI MULTIPLI, INTRODUTTORE PEEL AWAY, FILTRO, SISTEMA DI FISSAGGIO, VARIE LUNGHEZZE. – RACCORDO A Y PER SISTEMA DI INFILTRAZIONE CONTINUA. (A030499) – QUANTITA' 30 ANNI**

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 29: SET PER ANALGESIA POSTOPERATORIA COMPOSTO DA: CATETERE MULTIFORO IN POLIURETANO, CANNULA PEEL-AWAY, PROLUNGA, SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE RICARICABILE A MOLLA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO E BOLO DA 4CC AUTOSOMMINISTRABILE DAL PAZIENTE CON INTERVALLI DI 30 MINUTI. (A0502) – QUANTITA' 200 ANNI**

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 30: DRENAGGIO TORACICO BICAMERALE STERILE MONOUSO**

SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO STERILE MONOUSO, A DUE CAMERE, IN MATERIALE INFRANGIBILE, PER UN UTILIZZO A GRAVITÀ O IN ASPIRAZIONE CONTROLLATA.

CAMERA DI RACCOLTA DA 2.600 ML CIRCA, DIVISA IN TRE SETTORI COMUNICANTI A RIEMPIMENTO SUCCESSIVO PER UNA PRECISA VALUTAZIONE DEL VOLUME DRENATO, CON SCALA GRADUATA AD INCREMENTI PEDIATRICI E SUPERFICIE PER ANNOTAZIONI. CAMERA PER LA VALVOLA AD ACQUA SEPARATA DA QUELLA DI RACCOLTA A VOLUME COSTANTE, IN CUI FLUISCE IL LIQUIDO DRENATO CHE SI VERSA AUTOMATICAMENTE NELLA CAMERA DI RACCOLTA MANTENENDO INALTERATO NEL TEMPO LO SFORZO ESPIRATORIO DEL PAZIENTE.

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC MEDICALE CON SPIRALE ANTI - INGINOCCHIAMENTO E RACCORDO PER IL CATETERE TORACICO.

LACCI PER IL POSIZIONAMENTO AL LETTO DEL DRENAGGIO E PER LA DEAMBULAZIONE. SUPPORTO PER IL POSIZIONAMENTO STABILE DEL SISTEMA A TERRA. (A0601010401) - QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 31:** TUBO DI ASPIRAZIONE IN PVC IN DOPPIO INVOLUCRO DA CM 360 DIAMETRO INTERNO DA 7 MM, DOTATO DI BOLLE DI RIGONFIAMENTO LUNGO IL TUBO, COMPLETI DI CONNETTORE PER IL COLLEGAMENTO ALLE SACCHE DI ASPIRAZIONE (A060102) - QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 32:** SET COMPLETO BOTTIGLIA BULAU (A0602) - QUANTITA' 300 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 33:** CATETERI TORACICI + TROCAR CH 8 - 10 - 12- 14- 16- 18- 20- 22 - 24 -26- 28 -30 -32 (A060202) - CH 8 - 10 - 12- 14- 16 : 20 PER MISURA ANNUI

CH 18- 20- 22 - 24 -26- 28 -30 -32: 50 PER MISURA ANNUI

TOTALE: 500 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 34:** KIT DRENAGGIO TORACICO D'EMERGENZA SELDINGER DA 12 FR. (A0602023) – QUANTITA' 40 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 35:** SET DI RICAMBIO PER BULAU A BOTTIGLIA (A060203) – QUANTITA' 400 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 36:** VALVOLA ASPIRANTE E PREMENTE DI HEIMLICH (A060203) – QUANTITA' 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 37:** CATETERE TORACICO PEDIATRICO 8 F X 40 CM (PLEUROCATH) (A060204) – QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 38:** SISTEMA CHIUSO PER IL CONTROLLO DELLA DIURESI ORARIA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO E SACCA DI RACCOLTA CON RUBINETTO. CAMERA DI MISURAZIONE DA 40 ML GRADUATA DI ML IN ML E SECONDA CAMERA DA 500 ML; PORTA PRELIEVO CAMPIONI CON SIRINGA SENZA AGO E CONNETTORE CON VALVOLA ANTIREFLUSSO; TUBO ANTINGINOCCHIAMENTO A DOPPIO LUME; CANALE DI TROPPO PIENO; SPIRALE DI RINFORZO ALL'ATTACCO DEL TUBO SULL'URINOMETRO. CINGHIE REGOLABILI PER LA FACILE INSTALLAZIONE AL LETTO. BORSE DI RICAMBIO DA 1500 ML PER SUDETTO URINOMETRO, CON RUBINETTO DI SCARICO. (A06030302) – QUANTITA' 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 39:** IDEM CON SACCA DA 12 LT (A06030499) – QUANTITA' 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 40:** SACCHETTO DEDICATO PER EFFETTUARE LA RACCOLTA PARTICELLARE, DA 8 E 10 ML DURANTE L'ASPIRAZIONE DEI LIQUIDI BIOLOGICI (A06030499) – QUANTITA' 500 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 41:** DISPOSITIVO ARTERIOSO PER ACCESSO A CIRCUITO CHIUSO SENZA AGO E FLUSSO LINEARE, CON GUSCIO DI PROTEZIONE RIGIDO IN CONFEZIONE SINGOLA STERILE (A07050202) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO



dell'etichetta		
----------------	--	--

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 42:** SACCHE PER LA RACCOLTA DI ORGANI (A090101) – QUANTITA' 300 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 43:** KIT PER AGHI CANNULA AD UNA VIA IN GRADO DI RIMANERE IN SITU FINO A 30 GIORNI. COMPOSTO DA UN SISTEMA INTEGRATO DI MICROINTRODUZIONE, CON AGO IN ACCIAIO, GUIDA INCORPORATA IN NITINOL CON PUNTA DRITTA E MORBIDA E CATETERE IN POLIURETANO TRASPARENTE CON BANDA RADIOPACA. MIS. 18 (8 E 10 CM) – 20 (8 E 10 CM) – 22 (8CM) (C0101010201)

MIS. 18 (8 CM) : 50 ANNUI

MIS. 18 (10 CM) : 50 ANNUI

MIS. 20 (8 CM) : 50 ANNUI

MIS. 20 (10 CM) : 50 ANNUI

MIS. 22 (8 CM) : 50 ANNUI

TOTALE: 250 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 44:** DISPOSITIVO INFUSIONE DI EMERGENZA DA 12 FR A 2 VIE (C010102) – QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 45:** CATETERE PICC IN POLIURETANO COMPLETO DI STILETTO, ADATTATORE LL CON PROLUNGA CM10, INTRODUTTORE PEEL AWAY COMPLETO DI AGO, SIRINGA 5CC, RACCORDO LL CON PUNTO INIEZIONE, TELA A FORO CENTRALE. MONOLUME E BILUME: 60CM X FR 2-3-4-5. (C01020101) – QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 46:** CATETERE VENOSO CENTRALE PER VIA PERIFERICA IN SILICONE, CON RIVESTIMENTO IDROFILICO CONNETTORE A “ T “ E CANNULA BAMBINI 2.8 – 1.9 FR X 50 CM (C01020101) – 10 PER MISURA TOTALE:20 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 47:** CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO IN POLIURETANO BODYSOFT CHE GARANTISCE UNA VELOCITÀ DI INFUSIONE DI 5 ML/SEC. A 300 PSI, CON VALVOLA BIDIREZIONALE A MONTE DEL CATETERE, DISPONIBILE CON KIT DI INTRODUZIONE, CON LUME SINGOLO 4 E 5 FR, LUME DOPPIO 5 FR, LUME TRIPLO 6 FR. (C01020101) - 2 PER MISURA ANNUA

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 48:** CATETERE PER TERAPIA DI MEDIO LUNGO PERIODO IN POLIURETANO LUNGO 60 CM, TAGLIO NELLA PARTE PROSSIMALE DEL CATETERE CON ALETTE DI FISSAGGIO E PROLUNGA COMPLETAMENTE RIVOMIBILI E RIPOSIZIONABILI. SISTEMA DI INTRADUZIONE CON TECNICA DI SELDINGER , FISSAGGIO. KIT COMPLETO PER LA CREAZIONE DEL CAMPO STERILE E PER L'IMPIANTO, COPRISONDA E GEL STERILE, . MISURE 3F - 4F - 5F E PEDIATRICI PER TECNICA DI SELDINGER CORTO 2F LUNGHEZZA 4,6,8CM. (C01020101) – QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 49:** CATETERI VENOSI CENTRALI PEDIATRICI BILUME IN POLIURETANO INTRODOTTI CON LA METODICA SELDINGER. (C01020202) – 50 PER MISURA TOTALE: 150 ANNUI

**CARATTERISTICHE:**

- DIAMETRI CONTENUTI (3 E 4.5 FR)
- CATETERE A PUNTA FLESSIBILE
- MARCATURA CENTIMETRICA A PARTIRE DA 5 CM DALL'ESTREMITÀ DISTALE
- INCLUSI NEL SET SIA UN AGO INTRODUTTORE CHE UN AGO CANNULA COME ALTERNATIVA PER L'INSERIMENTO
- ALETTA DI FISSAGGIO AMOVIBILE CON BLOCCAGGIO A PRESSIONE
- GUIDA TEFLONATA
- DOPPIO DILATATORE DA 5 FR

**COMPOSIZIONE SET:**

- 1 CATETERE O.R.X. BILUME CON BASE INTERMEDIA MORBIDA AD ALETTE E PROLUNGHE CON CLAMPS
- 1 AGO INTRODUTTORE
- 1 AGO CANNULA Ø 21 G
- 1 GUIDA A J IN LEGA METALLICA A MEMORIA DI FORMA IN TITANIO DI NICHEL TEFLONATA
- 2 DILATATORI DA 5 FR
- 1 SIRINGA DA 5 ML
- 1 ALETTA DI FISSAGGIO
- 2 TAPPI A MEMBRANA PERFORABILE

MISURE LUNGHEZZA : CM. 6 -8- 12,5

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 50:** CATETERE VENOSO CENTRALE BILUME DA 7F LUNGO 20 CM IN POLIURETANO RADIO-OPACO CON PUNTA EXTRA-MORBIDA, MARCATURA DECIMETRICA E PROLUNGA IN POLIURETANO CON CLAMP, 1 AGO INTRODUTTORE CON VALVOLA ANTI-REFLUSSO, 1 GUIDA A J IN LEGA METALLICA A MEMORIA DI FORMA IN TITANIO DI NICHEL TEFLONATA, 1 ALETTA DI FISSAGGIO CON CLIP , 1 DILATATORE, 1 BISTURI. (C01020202) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 51:** CATETERE VENOSO CENTRALE A TRE LUMI DA 8F LUNGO 20 CM MEDICATO IN POLIURETANO RADIO-PACO,PROLUNGHE , 1 AGO INTRODUTTORE , 1 GUIDA A J, 1 ALETTA DI FISSAGGIO CON CLIP , 1 DILATATORE, 1 BISTURI. (C01020202) – QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 52:** CATETERE VENOSO CENTRALE A QUATTRO LUMI CON LETTORE OTTICO INTEGRATO PER IL MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA SCVO2 . 8,5 FR. CM.20 (C01020203) – QUANTITA' 10 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 53:** SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE CON CATETERE MULTILUME PER ADULTI IMPREGNATO CON ANTISETTICI, E IDONEO PER POSIZIONAMENTO IN AMBIENTE CHIRURGICO SECONDO TECNICA SELDINGER – LATEX-FREE – COMPOSTO DA:

- 1) CATETERE CENTIMETRATO IN POLIURETANO 3,4,5 LUMI, RADIOPACO E ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE, IMPREGNATO DI SOSTANZE AD AZIONE ANTISETTICA A LENTO RILASCIO (CLOREXIDINA E SULFADIAZINA DI ARGENTO) CON PUNTA MORBIDA ATRAUMATICA E CON PROLUNGHE ESTERNE CLAMPABILI
- 2) AGO INTRODUTTORE A PARETE SOTTILE DA 18 GA
- 3) SIRINGA DA 5 CC CON STANTUFFO PREFORATO E DOTATO DI VALVOLA PER INTRODUZIONE SELDINGER
- 4) DILATATORE CON ESTREMITÀ DISTALE RASTREMATA
- 5) GUIDA IN ACCIAIO CON ESTREMITÀ A J E DRITTA ATRAUMATICA E FLESSIBILE
- 6) SISTEMA DI AVANZAMENTO DELLA GUIDA UTILIZZABILE CON UNA SOLA MANO
- 7) DIMENSIONI (DIAMETRO E LUNGHEZZA) CORRELATE AL TIPO DI CATETERE: 3 LUMI 7 FRENCH E 8,5 FRENCH 20 CM,

(C01020203) – 25 PER MISURA TOTALE : 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 54:** CATETERE VENOSO CENTRALE TRILUME DA 7,5 F LUNGO 20 CM IN POLIURETANO RADIO-OPACO CON PUNTA EXTRA-MORBIDA, MARCATURA DECIMETRICA E PROLUNGA IN POLIURETANO CON CLAMP, 1 AGO INTRODUTTORE CON VALVOLA ANTI-REFLUSSO, 1 GUIDA A J IN LEGA METALLICA A MEMORIA DI FORMA IN TITANIO DI NICHEL TEFLONATA, 1 ALETTA DI FISSAGGIO CON CLIP, 1 DILATATORE, 1 BISTURI. (C01020203) – QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 55:** CATETERE PER PROCEDURE EXTRACORPOREE A BREVE TERMINE, IN POLIURETANO BODYSOFT 13 FR., DOTATO DI TRE LUMI, DI CUI DUE DA 12 G CON UN FLUSSO DI 400 ML/MIN. ED UN TERZO LUME INTERNO DI 17 G PER: TERAPIA ENDOVENOSA, SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO AD ALTA PRESSIONE (5ML/SEC, 300 PSI) E MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE VENOSA CENTRALE. (C01020303) – QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 56:** FILO GUIDA DI SELDINGER CON ESTREMITÀ A J. VARIE MISURE E LUNGHEZZE. (C010280) – QUANTITA' 400 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 57:** CANNULA ARTERIOSA 20GX32MM. IN PTFE CON INTERRUZZORI DI FLUSSO PUNTA A TAGLIO BACK-CUT E ALETTE FORATE PER STABILIZZAZIONE (C010301) – QUANTITA' 500 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 58:** CATETERE PER LA PUNTURA DELL'ARTERIA RADIALE NELL'ADULTO O DELLA VENA GIUGULARE INTERNA DEL BAMBINO. TECNICA DI SELDINGER. VALVOLA ANTI-REFLUSSO. CONO DEL CATETERE MUNITO DI ALETTE DI FISSAGGIO. MIS. 20 G, 18 G. (C010301) - 25 PER MISURA TOTALE:50 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 59:** SET PER CATETERISMO ARTERIOSO PEDIATRICO PER ACCESSO RADIALE SECONDO TECNICA SELDINGER COMPOSTO DA:

- 1) CATETERE IN POLIURETANO ALTAMENTE BIOCAMPATIBILE CON RIVESTIMENTO IDROFILICO ED ESTREMITA' DISTALE RASTREMATA E DOTATO DI ALETTA DI FISSAGGIO CON ANGOLATURA RISPETTO AL PIANO DI FISSAGGIO E DI PROLUNGA DI 7 CM CLAMPABILE
- 2) AGO A PARETE SOTTILE ATRAUMATICO DELLO STESSO CALIBRO DEL CATETERE TRATTATO CON SILICONE CHE RISPETTA CODICE COLORE PER LA DISTINZIONE DEL CALIBRO
- 3) DIMENSIONI (DIAMETRO X LUNGHEZZA): 20GAX5CM; 20GAX8CM; 22GAX5CM; 22GAX8CM (C010301) - QUANTITA' 200 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 60:** CATETERE ARTERIOSO PER EMOGAS ANALISI E MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA IN POLIETILENE. CONCEPITO PER L'INTRODUZIONE CON TECNICA SELDINGER, CONO DEL CATETERE CON ALETTE E RACCORDO LUER-LOCK FEMMINA, AGO INTRODUTTORE PROVVISORIO DI CAMERA DI VISUALIZZAZIONE A CIRCUITO CHIUSO CHE PERMETTE DI AVERE CONFERMA DI ESSERE IN UN VASO ARTERIOSO GRAZIE ALLA VISUALIZZAZIONE DEL MOVIMENTO PULSATILE DEL SANGUE, VALVOLA IN SILICONE ANTIREFLUSSO PER LA RIDUZIONE DEL SANGUINAMENTO, GUIDA METALLICA. LUNGHEZZA CM 8 / FR 3. (C010301) - QUANTITA' 600 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA'</b>
-------------------------------	--------------------------	------------------

		<b>DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 61:** SISTEMA MONO VIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESSIONE INVASIVA, COMPLETO DI DEFLUSSORE CON GOCCIOLATORE MACRO O MICRO PER COLLEGAMENTO A SACCA PRESSURIZZATA, TRASDUTTORE MONOUSO, DISPOSITIVO DI LAVAGGIO CONTINUO DA 3 ML/H A DOPPIO SISTEMA DI ATTIVAZIONE, RUBINETTI PER L'AZZERAMENTO DEL TRASDUTTORE INFUSIONE FARMACI E PRELIEVI DI SANGUE, SISTEMA WAMP PLUS PER EGA, ZERO INTEGRATO NEL CORPO DEL TRASDUTTORE PER EVITARE SCONNESSIONI, PORTA DI RETROCALIBRAZIONE PER TEST D'EFFICIENZA. LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ FORNIRE 40 CAVI ADATTATORI PER I MONITOR INFINITY DELTA E SC7000 MARCA DRAEGER-SIEMENS IN DOTAZIONE (C019004) - QUANTITA' 500 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 62:** SUPPORTO PER I TRASDUTTORI MONOUSO CON AGGANCIO PER PIANTANA (C019004) - QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 63:** AGHI DA PRELIEVO PER TRASDUTTORE CON SISTEMA DI SICUREZZA (C019004) - QUANTITA' 2000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 64:** TUBO MANOMETRICO STERILE, MONOUSO PER ASTA TELESCOPICA RIUTILIZZABILE, COMPLETO DI VALVOLA A TRE VIE, IN NYLON, TUBO IN PVC DA 120 CM, SITO DI INIEZIONE E CONNETTORE IN ABS LUER LOCK (C019004) – QUANTITA' 300 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 65:** SENSORI MONOUSO A DOPPIA VIA PER LA RILEVAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA IN CONTINUO, DELLO SV E DELLO SVV, COMPLETI DI LINEA E RUBINETTO. PER MONITORAGGIO INVASIVO. COMPATIBILI CON MONITOR IN DOTAZIONE (C019004) – QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 66:** SENSORI PER LA LETTURA NON INVASIVA DELLA GITTATA CARDIACA IN CONTINUO, DISPONIBILE IN ALMENO 3 MISURE PER MISURAZIONE IN CONTINUO DI SIS, DYA, PAM, CO, SV, SVV E PARAMETRI INDICIZZATI IN MODO NON INVASIVO E SENZA L'IMPIEGO DI BRACCIALE PRESSORIO (C019004) – QUANTITA' 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 67:** CATETERE FEMORALE 20 CM 5 FR COMPLETO DI SET PER BOLO E TRASDUTTORE, IL CATETERE DEVE CONSENTIRE TRAMITE TERMODILUIZIONE TRANSPOLMONARE LA MISURAZIONE DELLA PORTATA CARDIACA E DI SPECIFICI PARAMETRI VOLUMETRICI E INDICATORI DI FUNZIONALITÀ D'ORGANO QUALI (CO, SVV, SVR, GEDV, ITBV, EVLW, GEF E RELATIVI VALORI INDICIZZATI) (C019004) – QUANTITA' 20 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO



Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 68:** CATETERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SCVO2 IN CONTINUO, A TRE LUMI E FIBRA OTTICA INTEGRATA, PUNTA FLESSIBILE COMPATIBILI CON MONITOR IN NOSTRA DOTAZIONE (C019004) – QUANTITA' 30 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 69:** SENSORE PER LA DETERMINAZIONE SIA DELLA PRESSIONE ARTERIOSA CHE DELLA PORTATA CARDIACA IN UNICO DISPOSITIVO, PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DI CO, SV, SVV, RVS, DP/DT, ELASTANZA ARTERIOSA DINAMICA E PARAMETRI PREDITTIVI DI IPOTENSIONE DEVE ESSERE DOTATO DI: SISTEMA DI PRELIEVO CHIUSO DA 5CC E DISPOSITIVO DI LAVAGGIO CONTINUO DA 3 ML/H INTEGRATO NEL TRASDUTTORE. DEFLUSSORE PER COLLEGAMENTO A SACCA DI LUNGHEZZA 120-140 CM. SISTEMA DI LAVAGGIO RAPIDO E TEST DELL'ONDA QUADRA INTEGRATO NEL SENSORE, 1 LINEA DI PRESSIONE CRUENTA DI LUNGHEZZA 150 CM. CONFEZIONE SINGOLA STERILE, ATEX FREE, MONOUSO

L'AZIENDA AGGIUDICATARIA SI DEVE IMPEGNARE A FORNIRE QUANTO SEGUE:

N1 – PIATTAFORMA EMODINAMICA COMPLETA DI ACCESSORI E CARRELLO , COMPATIBILE CON I MONITOR IN DOTAZIONE. DEVE CONSENTIRE IL PASSAGGIO DA UN MONITORAGGIO COMPLETAMENTE NON INVASIVO A QUELLO INVASIVO SULLO STESSO PAZIENTE.DEVE, INOLTRE , ESSERE COMPLETO DI SOFTWARE CHE CONSENTA DI PREDIRE L'IPOTENSIONE.

N1 – PIATTAFORMA EMODINAMICA COMPLETA DI ACCESSORI E CARRELLO, COMPATIBILE CON I MONITOR IN DOTAZIONE. DEVE CONSENTIRE IL MONITORAGGIO EMODINAMICO E DEELA MAP IN CONTINUO. (C019004) – QUANTITA' 80 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 70:** SET MONO PAZIENTE CON STRUMENTAZIONE IN SERVICE PER SISTEMA GITTATA CARDIACA E MISURAZIONE ACQUA EXTRA-POLMONARE (C019004) – QUANTITA' 10 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO

Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 71. a:** SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESSIONE INVASIVA, COMPLETO DI DEFLUSSORE CON GOCCIOLATORE MACRO O MICRO PER COLLEGAMENTO A SACCA PRESSURIZZATA, TRASDUTTORE MONOUSO, SISTEMA DI PRELIEVO SICURO MEDIANTE SIRINGA DA 12CC SULLA LINEA ARTERIOSA, DISPOSITIVO DI LAVAGGIO CONTINUO DA 3 ML/H A DOPPIO SISTEMA DI ATTIVAZIONE, RUBINETTI PER L'AZZERAMENTO DEL TRASDUTTORE INFUSIONE FARMACI E PRELIEVI DI SANGUE, ZERO INTEGRATO NEL CORPO DEL TRASDUTTORE PER EVITARE SCONNESSIONI, PORTA DI RETROCALIBRAZIONE PER TEST D'EFFICIENZA. AD UN TRASDUTTORE. (C019004) - QUANTITA' 200 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 71. b:** SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESSIONE INVASIVA, COMPLETO DI DEFLUSSORE CON GOCCIOLATORE MACRO O MICRO PER COLLEGAMENTO A SACCA PRESSURIZZATA, TRASDUTTORE MONOUSO, SISTEMA DI PRELIEVO SICURO MEDIANTE SIRINGA DA 12CC SULLA LINEA ARTERIOSA, DISPOSITIVO DI LAVAGGIO CONTINUO DA 3 ML/H A DOPPIO SISTEMA DI ATTIVAZIONE, RUBINETTI PER L'AZZERAMENTO DEL TRASDUTTORE INFUSIONE FARMACI E PRELIEVI DI SANGUE, ZERO INTEGRATO NEL CORPO DEL TRASDUTTORE PER EVITARE SCONNESSIONI, PORTA DI RETROCALIBRAZIONE PER TEST D'EFFICIENZA. A DUE TRASDUTTORI (C019004) - QUANTITA' 200 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 72:** KIT INTRODUTTORE PER CATETERE VENOSO CENTRALE PER VIA PERIFERICA CON SELDINGER MODIFICATO, INTRODUTTORE, DILATATORE PEEL AWAY, BISTURI, AGO CANNULA INTRODUTTORE. (C0501) - QUANTITA' 50 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 73:** CARTUCCIA PER EMOPERFUSIONE DIRETTA CON FIBRA IN POLIPROPILENE E POLISTIRENE LEGATI A POLIMIXINA B CON LEGAME COVALENTE, COMPLETA DI SET PER L'UTILIZZO. LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ FORNIRE L'APPOSITO APPARECCHIO PER L'USO. (F010799) – QUANTITA' 8 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 74:** CARTUCCIA SORBENTE DI RESINA A STRUTTURA POROSA, CON SFERE DI POLISTIRENE-DIVINILBENZENE, RIVESTITE IN POLIVINILPIRROLIDONE CHE LAVORA SU SANGUE INTERO. CON SUPERFICIE DI ADSORBIMENTO SUPERIORE A 40.000 M<sup>2</sup> IN GRADO DI ADSORBIRE PER 24 ORE CONSECUTIVE: MEDIATORI PRO ED ANTI INFIAMMATORI, MIOGLOBINA E CREATININCHINASI, BILIRUBINA ED ACIDI BILIARI, EMOGLOBINA LIBERA (F010799) – QUANTITA' 20 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 75:** CATETERE A DUE LUMI IN POLIURETANO TERMOSENSIBILE PER DIALISI E PLASMAFERESI PROLUNGHE TRASPARENTI E FLESSIBILI MANTENUTE IN POSIZIONE GRAZIE AD APPOSITE CLIPS LUMI DI GROSSO DIAMETRO CON PUNTA MORBIDA E TRE FORI LATERALI PER GARANTIRE ALTI FLUSSI CAPACITÀ E DIAMETRO DEI LUMI RIPORTATE SU OGNI PROLUNGA PER UNA RAPIDA IDENTIFICAZIONE CLAMPS CON CODICE COLORE (VENOSA BLU - ARTERIOSA ROSSA)

ALETTA DI FISSAGGIO AMOVIBILE

1 O 2 DILATATORI

1 GUIDA A "J" IN IN LEGA METALLICA A MEMORIA DI FORMA IN TITANIO DI NICHEL (LUNGH. 60 CM) ANTI-KINKING MARCATA E ATRAUMATICA CON ESTREMITÀ A "J"

1 AGO D'INTRODUZIONE (Ø 1.1 - 1.4 MM ; LUNGH. 70 MM)

2 TAPPI A MEMBRANA LUER-LOCK MASCHIO

1 BISTURI (MISURE 10 FR.DA 15 E 20 CM - 12 FR. DA 15 E 20 CM)

(F900201) – QUANTITA' 40 PER MISURA TOTALE 160 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e	5	SI/NO

dell'etichetta		
----------------	--	--

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 76:** CATETERE PEDIATRICO PER DIALISI/AFERESI, DOPPIO, RETTO IN SILICONE, CON CUFFIA DI ANCORAGGIO: MIS. 8 FR. X 18 CM; MIS. 9 FR. X 13 CM (F900299) – QUANTITA' ANNUA 5 PER MISURA

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 77:** SONDINO NASOGASTRICO-DIGIUNALE IN POLIURETANO, TOTALMENTE RADIOPACO, AUTOLUBRIFICANTE A CONTATTO CON L'ACQUA, CON DUE VIE D'ACCESSO, CON MANDRINO TUTTO IN CONFEZIONE STERILE VARIE MISURE (G02020102) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 78:** SONDINO NUTRIZIONALE IN POLIURETANO TRASPARENTE CON SCALA GRADUATA. LINEA RADIOPACA LUNGO TUTTO IL SONDINO E 2 MARKERS A LIVELLO DEI PALLONCINI GASTRICO ED ESOFAGEO PER VISUALIZZARNE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO. 2 PALLONCINI PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE GASTRICA ED ESOFAGEA. CONNETTORE UNIVERSALE CON DERIVAZIONE AD Y PER LA SOMMINISTRAZIONE ESTEMPORANEA DI FLUIDI LA BIOCAMPATIBILITÀ DEI MATERIALI CONSENTE PROLUNGATI PERIODI DI PERMANENZA, COME EVIDENZIATO SUL MANUALE ISTRUZIONI A CORREDO DEL PRODOTTO. LA MISURA DELLA PRESSIONE ESOFAGEA E GASTRICA, PREVIO GONFIAGGIO DEI PALLONCINI CON 4 ML D'ARIA, POTRÀ ESSERE EFFETTUATA TRAMITE TRASDUTTORE DI PRESSIONE, COLLEGATO, CON IL TRAMITE DI APPOSITO CAVO INTERFACCIA, AD UN COMUNE SISTEMA DI MONITORAGGIO. (G02020102) – QUANTITA' 600 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 79:** KIT PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA FECALE LIQUIDA E SEMILIQUIDA CON CUFFIA ATRAUMATICA, TRE SACCHE DI RACCOLTA CON VALVOLA DI NON RITORNO A FONDO CHIUSO, PALLONCINO CON TASCA DIGITALE, LINEE DI IRRIGAZIONE, SIRINGA DA 45 ML. (G020399) – QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 80:** LACCIO PER FISSAGGIO DEL TUBO ENDOTRACHEALE ADULTO E PEDIATRICO CON GUAINA DI PROTEZIONE SATINATA PER ELIMINAZIONE DI OGNI RISCHIO DI DECUBITO (M03030299) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 81:** LACCIO PER FISSAGGIO CANNULA TRACHEOSTOMICA CON GUAINA DI PROTEZIONE SATINATA PER ELIMINAZIONE DI OGNI RISCHIO DI DECUBITO (M03030299) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 82:** FASCETTE DI FISSAGGIO PER CANNULE TRACHEOSTOMICHE, IN VELCRO, VARIE MISURE. (M040102) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 83: DISPOSITIVO FISSA CATETERE URETRALE ALLA COSCIA (M04010201) – QUANTITA' 2000 ANNUI**  
**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 84: DISPOSITIVO FISSA SONDINO NASO-GASTRICO. (M04010201) – QUANTITA' 2000 ANNUI**  
**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 85: DISPOSITIVO FISSATUBO PER INTUBAZIONE ORALE. (M04010201) – QUANTITA' 2000 ANNUI**  
**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 86: DISPOSITIVO DI FISSAGGIO PER CANNULE DA OSSIGENOTERAPIA, DEVE GARANTIRE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLE CANNULE DA O2 E/O DEL SONDINO NASOGASTRICO.**

REALIZZATO IN IDROCOLLOIDE. MISURA UNICA ADATTABILE A TUTTI I PAZIENTI. DOTATO DI ADEGUATA ADESIVITÀ. PROVVISIO NEL LATO NON A CONTATTO CON IL VISO DEL PAZIENTE DI UNA PARTE IN VELCRO CHE PERMETTA L'ANCORAGGIO DEI DISPOSITIVI. LATEX FREE E MARCATO CE. PROVVISIO DI DUE STRISCE IN VELCRO ADESIVE DA POSIZIONARE SUI DISPOSITIVI DA FISSARE. CONFEZIONE SINGOLA NON STERILE, MONOPAZIENTE. (M04010201) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 87:** SISTEMA DI FISSAGGIO PER CATETERI EPIDURALI E PLESSICI COMPOSTO DA: UNA PARTE ADESIVA, CHE SI APPLICA SULLA CUTE, COSTITUITA DA UN MATERIALE IN GRADO DI ASSORBIRE EVENTUALI FLUIDI O ANESTETICI CHE FUORIESCONO DURANTE L'OPERAZIONE DI INSERIMENTO DEL CATETERE; UN SUPPORTO IN SPUGNA CHE HA LA CAPACITÀ DI FISSARE CON ESTREMA SICUREZZA I CATETERI. LATEX FREE (M04010299) – QUANTITA' 1000

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 88:** LUBRIFICANTE MONODOSE (M9002) - QUANTITA' 5000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 89:** SENSORI PER ANALISI BISPETTRALE (N010102) – QUANTITA' 500 ANNUI

LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ FORNIRE IN USO GRATUITO DUE APPARECCHI BIS

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 90:** SENSORE PER ANALISI BISPETTRALE BILATERALE (N010102) – QUANTITA' 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 91:** SENSORI PER LA MISURAZIONE DELLA SATURAZIONE REGIONALE DI OSSIGENO CEREBRALE, PER IL PARAMETRO RSO2, SU PAZIENTI ADULTI . IL SENSORE DEVE ESSERE ADATTO ALLA MISURAZIONE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE TECNOLOGIA A INFRAROSSI NIRS. IL SENSORE DEVE ESSERE FRONTALE ADESIVO A RIFLETTANZA PER POTER ESSERE APPLICATO ALLA FRONTE DEL PAZIENTE; DEVE ESSERE MONOUSO E LATEX FREE. IL SENSORE, INOLTRE, DEVE POSSEDERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: SUPERFICIE AMPIA E SPESSORE SOTTILE CON UNA BUONA ADESIVITÀ; DOTATO DI UN EMETTITORE DI LUCE INFRAROSSA E DI DUE RILEVATORI PER ESCLUDERE LA SATURAZIONE DEGLI STRATI PIÙ SUPERFICIALI E DELLA MATERIA EXTRACEREBRALE; AUTOCALIBRANTE E AUTOCOMPENSANTE PER VARIAZIONI DI TEMPERATURA PER MONITOR INVOS, IN NOSTRO POSSESSO (N010102) – QUANTITA' 80 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 92:** DISPOSITIVO ATRAUMATICO (FERMA MORSO) CHE PERMETTA DI MANTENERE LA BOCCA APERTE DEL PAZIENTE PER EFFETTUARE L'IGIENE ORALE (Q019003) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 93:** DISPOSITIVO PROTEZIONE DEI DENTI DURANTE LE MANOVRE DI INTUBAZIONE REALIZZATO IN FOAM. DOTATO DI ADEGUATA ADESIVITÀ. FORNITO DI UNA LINGUETTA O LEMBO NON ADESIVO ATTO A GARANTIRE UNA SEMPLICE RIMOZIONE. ASSENZA DI RESIDUI COLLOSI UNA VOLTA RIMOSSO. LATEX FREE E MARCATO CE. CONFEZIONE MULTIPLA NON STERILE. MONOUSO (Q0199) – QUANTITA' 500 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)



**LOTTO 94:** CANNULA PER EPISTASSI A DOPPIA CUFFIA ANTERO POSTERIORE CON PUNTA ATRAUMATICA DIAM. 4-4,5-5 (Q030299) – QUANTITA’ 10 PER MISURA TOTALE: 30 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell’etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 95:** CANNULA OROFARINGEA DI GUEDEL

MATERIALE PLASTICO RIGIDO REALIZZATA IN PEZZO UNICO SENZA PARTI REMOVIBILI.

ESTREMITÀ PROSSIMALE RINFORZATA TALE DA IMPEDIRE LA DEFORMAZIONE DELLA CANNULA AL MORSO CON MISURE RILEVABILI SULLA ESTREMITÀ PROSSIMALE RINFORZATA E PROVISTA DI CODICE COLORE CHE NE IDENTIFICHI LA MISURA

ESTREMITÀ DISTALE APERTA, ATRAUMATICA E REALIZZATA IN MATERIALE PIÙ MORBIDO RISPETTO AL RESTO DEL CORPO DELLA CANNULA.

CONFEZIONE SINGOLA, MONOUSO

MISURE: 000 - 00 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6; DA 30 MM A 110

(R010102) – QUANTITA’ 15000 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell’etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 96:** CANNULA OROFARINGEA IN POLIURETANO MONOUSO, CON APERTURA LATERALE PER INSERIMENTO STRUMENTI MIS. 0, 1,2,3,4,5 (R010102) – QUANTITA’ 100 PER MISURA TOTALE: 600 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell’etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 97:** SISTEMA PER INTUBAZIONE CON FIBROSCOPIO COMPOSTO DA BITE BLOCK CON FORO DISTALE PER L’ANESTESIA TOPICA, PROLUNGA PER OSSIGENOTERAPIA E SIRINGA PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL’ANESTETICO (R010199) – QUANTITA’ 100 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
------------------------	-------------------	---------------------------

Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 98:** STILETTI MONOUSO PER LA RIMOZIONE DELLE MASCHERE LARINGEE (A SEGUITO DELLA INTUBAZIONE CON TUBO ET): DOVRANNO ESSERE DOTATI DI UN ADATTATORE CONICO CON SCANALATURE VERTICALI PER LA VENTILAZIONE SPONTANEA E BORDI ORIZZONTALI PER UN FISSAGGIO SICURO DEL TUBO ET. MISURE 00- 0- 1. (R010200) – QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 99:** MASCHERA LARINGEA MONOUSO STERILE IN PVC MEDICALE (APPOSITAMENTE PROGETTATA) PER VENTILAZIONE E INTUBAZIONE CON TUBI ET STANDARD , CON CONNETTORE REMOVIBILE CON CODICE COLORE DOTATA DI UNO SPECIALE PROLUNGAMENTO DEL TUBO (DI VENTILAZIONE) A BUCO DELLA SERRATURA PER IL SOLLEVAMENTO DELL'EPIGLOTTIDE. FORO AUSILIARE DI SICUREZZA CON PRESENZA DI COSTE PER UNA MIGLIORE TENUTA. MISURE: 1-1.5-2- 2.5-3.5-4.5 (R01020101) – QUANTITA' 100 PER MISURA TOTALE: 600 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 100:** MASCHERE LARINGEE RIUTILIZZABILI (R01020101) – QUANTITA' 50

MISURE: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5

Maschera laringea per l'accesso all'apparato gastrointestinale superiore in silicone che permetta l'inserimento di gastroscopi fino a 14 mm – QUANTITA' 30 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 101:** DISPOSITIVO SOVRA-GLOTTIDEO CON CUFFIA NON GONFIABILE REALIZZATA IN MORBIDO GEL, CANALE PER SVUOTAMENTO GASTRICO, POSSIBILITÀ DI INTRODURRE TUBO ENDOTRACHEALE NEL CANALE DI VENTILAZIONE, COMPLETAMENTE PRIVO DI LATTICE, MONOUSO, LINEA DI CORRETO POSIZIONAMENTO E PARTE PROSSIMALE DELLO STELO. VARIE MISURE CODICE COLORE (R01020101) – QUANTITÀ 100 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 102:** MASCHERA LARINGEA DOPPIO-LUME MONOUSO IN PVC CON CUFFIA GONFIABILE DISPONIBILE NELLE MISURE 1- 1,5 - 2- 3,5 - 3- 4 - 5. CARATTERISTICHE: FORMA ANATOMICA PRE-CURVATA CON TUBO DI DRENAGGIO GASTRICO, COASSIALE A TUBO DI VENTILAZIONE, PER PERMETTERE POSIZIONAMENTO DI SONDE ORO-GASTRICI FINO A 14FR, PUNTA RINFORZATA PER PREVENIRE IL RIPIEGAMENTO ACCIDENTALE BLOCCA-MORSO INCORPORATO, SISTEMA DI RITENZIONE DELL'EPIGLOTTIDE NEL LUME DELLA CUFFIA, BARRA PER AGEVOLARE IL POSIZIONAMENTO E IL FISSAGGIO IN SITU (R01020102) – QUANTITÀ 200 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 103:** TUBI ENDOTRACHEALI MONOUSO IN PVC PER USO CONGIUNTO CON MASCHERA LARINGEA PER INTUBAZIONE TIPO LMA-CTRACH DISPONIBILI NELLE MISURE 6-6,5-7, 7,5, 8MM I TUBI ET DEVONO ESSERE FORNITI INSIEME ALLO STABILIZZATORE PER LA RIMOZIONE DELLA MASCHERA LARINGEA RIUTILIZZABILE IN SILICONE A DOPPIO LUME E DOPPIA CUFFIA COMPLETA DI BLOCCA MORSO E TUBO DI VENTILAZIONE ARMATO. MIS.:1,5-2-2,5-3-4-5. (R01020102) – QUANTITÀ 120 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 104:** TUBO LARINGEO MONOUSO IN PVC CON DOPPIO CANALE PER LA VENTILAZIONE E PER L'INSERIMENTO DI UN SONDINO DI ASPIRAZIONE GASTRICA - MIS.0-1-2-3-4-5 MONOUSO STERILE (R010202) - QUANTITA' 60 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 105:** TUBI ENDOTRACHEALI PEDIATRICI NON CUFFIATI PER ANESTESIA ORALE E NASALE PUNTA MAGILL O MURPHY, MONOUSO, STERILI, IN PVC, TRASPARENTE CON LINEA RADIOPACA, RACCORDO STANDARD 15 MISURE : 2; 2,5 3;3,5; 4;4,5;5,5 (R01030101) - 50 PER MISURA  
TOTALE 300 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 106:** TUBI ENDOTRACHEALI PEDIATRICI ARMATI, COMPLETI DI MANDRINO, NON CUFFIATI : IN SILICONE, MORBIDO, PRIVO DI LATTICE, CON ARMATURA INCORPORATA NELLA PARETE DEL TUBO IN CONF. SINGOLA, MONOUSO STERILE. MIS. 2 - 2,5 -3-3,5- 4 (R01030102) - 20 PER MISURA  
TOTALE:100

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 107:** TUBI ENDOTRACHEALI PER ANESTESIA PEDIATRICA IN PVC SILICONIZZATO, TRASPARENTI, CON LINEA RADIOPACA, NASALI E ORALI, PUNTA MURPHY, CUFFIATI, CUFFIA IMPERMEABILE AL PROTOSSIDO D'AZOTO, A BASSA PRESSIONE E MEDIO VOLUME, LINEA DI GONFIAGGIO CON VALVOLA UNIDIREZIONALE E PALLONCINO PILOTA, RACCORDO STANDARD 15 MM, MATERIALE TERMOSENSIBILE, PUNTA ATRAUMATICA, PARETI SOTTILI. MIS. MM 2,5 MM 3, MM 3,5, MM 4, MM 4,5, MM 5, MM 5,5, MM 6. (R01030201) - QUANTITA' 2000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
------------------------	-------------------	---------------------------

Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 108:** TUBI ENDOTRACHEALI PER ANESTESIA ADULTI, IN PVC SILICONIZZATO, TRASPARENTI, CON LINEA RADIOPACA, NASALI E ORALI, PUNTA MURPHY, CUFFIATI, CUFFIA IMPERMEABILE AL PROTOSSIDO D'AZOTO, A BASSA PRESSIONE E MEDIO VOLUME, LINEA DI GONFIAGGIO CON VALVOLA UNIDIREZIONALE E PALLONCINO PILOTA, RACCORDO STANDARD 15 MM, MATERIALE TERMOSENSIBILE, PUNTA ATRAUMATICA, PARETI SOTTILI, MM 6,5, MM 7, MM 7,5, MM 8, MM. 8,5, (R01030201) – QUANTITA' 8000 ANNUI

#### CARATTERISTICHE ESSENZIALI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

#### LOTTO 109: TUBI ENDOTRACHEALI PER MICROCHIRURGIA LARINGEA

TUBO ENDOTRACHEALE PER INTUBAZIONE DI BREVE E MEDIA DURATA (ANESTESIA)

IN PVC TRASPARENTE, TERMOADATTABILE A TEMPERATURA CORPOREA, PER INTUBAZIONE ORALE /NASALE CUFFIA AD AMPIO DIAMETRO E BASSA PRESSIONE CON ESCURSIONE MINIMA DELLA CUFFIA IN SENSO ASSIALE, CON PALLONCINO SPIA E VALVOLA DI NON RITORNO A CHIUSURA AUTOMATICA E ATTACCO STANDARD PER SIRINGA PUNTA LEVIGATA E PERFETTAMENTE ARROTONDATA PER INTUBAZIONE ATRAUMATICA CON PUNTA TIPO MAGYLL CON PRESENZA DI OCCHIO DI MURPHY LINEA RADIOPACA PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEL TUBO E INDICATORI NUMERICI DI PROFONDITÀ COMPLETO DI CONNETTORE STANDARD MM 15 MISURE 5.0, LUNGHEZZA SUPERIORE A 36 CM CONFEZIONE SINGOLA STERILE LATEX FREE, STERILE, MONOUSO. (R01030201) – QUANTITA' 100 ANNUI

#### CARATTERISTICHE ESSENZIALI

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 110:** TUBI ENDOTRACHEALI CUFFIATI PER CHIRURGIA CERVICO FACCIALE: IN MESCOLO DI PVC E SILICONE, AD INTRODUZIONE NASALE, PREFORMATO, CON MARCATURA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMATICA, LEVIGATA CON MARGINI COMPLETAMENTE SMUSSATI, CUFFIA PREFORMATA A BASSA PRESSIONE E GONFIAGGIO SIMMETRICO CON IL PALLONCINO PILOTA ESTERNO DOTATO DI LUME RIGIDO POSSIBILMENTE COLORATO. IL TUBO DEVE ESSERE GRADUATO, CON DIAMETRO E MARCATURA DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO DEL POSIZIONAMENTO RISPETTO ALLE CORDE VOCALI E ALLE NARICI. IN CONFEZIONE

SINGOLA, STERILE MONOUSO. MISURE VARIE MM 6, MM 6,5, MM 7, MM 7,5, MM 8, (R01030201) – QUANTITA' 5 PER MISURA, TOTALE 25 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 111:** TUBI ENDOTRACHEALI A LUNGA PERMANENZA PER RIANIMAZIONE, MESCOLA DI PVC E SILICONE PUNTA MURPHY, INTUBAZIONE A LUNGA DURATA, MONOUSO, STERILI, IN PVC ATOSSICO, CON CUFFIA A FORMA AFFUSOLATA, A BASSA PRESSIONE E ALTO VOLUME RESIDUO, PALLONCINO SPIA CON VALVOLA DI NON RITORNO, CON LINEA RADIOPACA, RACCORDO STANDARD 15 MM., MISURE: MM 5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5 (R01030201) – QUANTITA' 2000 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 112:** TUBO ENDOTRACHEALE PEDIATRICO PER INTUBAZIONE DI MEDIA E LUNGA DURATA (TERAPIA INTENSIVA), MORBIDO IN PVC TRASPARENTE, SUFFICIENTEMENTE RIGIDO, TERMOADATTABILE A TEMPERATURA CORPOREA, CUFFIA A BASSA PRESSIONE ED ALTI VOLUMI IN PVC, A PARETI SOTTILI ED UNIFORMI. L'ESCURSIONE DELLA CUFFIA IN SENSO ASSIALE RISPETTO AL TUBO DEVE ESSERE MINIMA, CON PALLONCINO SPIA E VALVOLA DI NON RITORNO A CHIUSURA AUTOMATICA E ATTACCO STANDARD PER SIRINGA, PUNTA LEVIGATA E PERFETTAMENTE ARROTONDATA PER INTUBAZIONE ATRAUMATICA, CON PRESENZA DI OCCHIO DI MURPHY

RAPPORTO I.D./O.D NON SUPERIORE A 1,3

LINEA RADIOPACA PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEL TUBO E INDICATORI NUMERICI DI PROFONDITÀ COMPLETO DI CONNETTORE STANDARD MM 15

MISURE 3.0 -3.5 - 4.0 - 4.5 -CONFEZIONE SINGOLA STERILE

(R01030201) – QUANTITA' 400 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 113:** TUBI ENDOTRACHEALI STERILI MONOUSO, CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE, RINFORZATI, ARMATI, COMPLETI DI MANDRINO, MISURE : MM 3- 3,5 - 4- 4,5 5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5 (R01030202) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 114:** TUBI ENDOTRACHEALI PER LASERTERAPIA (CHIRURGIA LASER)

UTILIZZABILI CON LASER A CO2 E LASER A DIODI, PROVVISI DI DUE CUFFIE COLLEGATE A DUE PALLONCINI PILOTA, PUNTA CON OCCHIO DI MURPHY.

TUBI PROVVISI DI ANIMA METALLICA PER LA VENTILAZIONE NEGLI INTERVENTI DEL TRATTO LARINGOTRACHEALE DI CHIRURGIA LASER

MALLEABILI

RESISTENTI AL LASER E NON INFIAMMABILI

IL LUME INTERNO DEVE ESSERE INDEFORMABILE

STERILI, MONOUSO, CONFEZIONATI SINGOLARMENTE, PRIVI DI LATTICE. MISURE DAL 4,5 AL 6

SI RICHIEDE DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON APPARECCHIATURE LASER IN DOTAZIONE ALL'OSPEDALE

(R01030202) – QUANTITA' 20 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 115:** TUBO ENDOTRACHEALE ARMATO CUFFIATO IN PVC PUNTA MURPHY CON INDICATORE DI PRESSIONE CHE PERMETTA IL MONITORAGGIO ISTANTANEO E CONTINUO DELLA PRESSIONE INTERNA DELLA CUFFIA, MONOUSO STERILE - MIS.3-10 (R01030202) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 116:** SCAMBIATUBI E MANDRINO DOTATO DI UN'ANIMA METALLICA PREFORMABILE E LUME COASSIALE DI OSSIGENAZIONE CON RACCORDO STANDARD IN SILICONE PER IL FISSAGGIO DI NR. 2 RACCORDI 15M E LUER-LOCK PER ALTA FREQUENZA, LUNGHEZZA CM 60 E VERSIONE CORTA PER CANNULE TRACHEOSTOMICHE, STERILE, MONOUSO, LATEX FREE. MISURE MM 1,4 / 3,2 (R010380) – QUANTITA' 40 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 117:** MANDRINI AUTOCLAVABILI CON CONNETTORE MISURA PICCOLA MEDIA E GRANDE (R010380) – QUANTITA' 50 PER MISURA TOTALE 150 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 118:** MANDRINI DI INTUBAZIONE PER TUBI ENDOTRACHEALI ARMATI. IN CONFEZIONE STERILE.

VERSIONE NEONATALE: DA 2,5 – 4,5. (CH6)

VERSIONE PEDIATRICA DA 4.0 A 6.0. (CH 10)

VERSIONE ADULTI DA 5.0 IN POI. (CH14)

(R010380) – QUANTITA' 200 PER MISURA TOTALE: 600

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 119:** SET PER BLOCCAGGIO ENDOBRONCHIALE COMPOSTO DA; CATETERE PER IL BLOCCAGGIO CON PALLONCINO SFERICO IN SILICONE E ANSA GUIDA IN NYLON, CON VALVOLA AD UNA VIA PER GONFIAGGIO PALLONCINO COMPLETO DI ADATTATORE MULTI PORT CHE PERMETTE L'INTRODUZIONE SIMULTANEA A TENUTA DI UN BRONCOSCOPIO E DEL DISPOSITIVO PER BLOCCAGGIO PUR MANTENENDO LA VENTILAZIONE, CALIBRO DA 5,7,9 FR. E DI VARIE LUNGHEZZE.

5.0 X 50

5.0 X 65



7.0 X 65

9.0 X 78

(R01040201) - 10 PER MISURA TOTALE: 50

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 120:** TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE PEDIATRICO DESTRO COMPLETO DI RACCORDI SNODABILI E SONDE DI ASPIRAZIONE (R01040202) – QUANTITA' 10 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 121:** TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE PEDIATRICO SINISTRO COMPLETO DI RACCORDI SNODABILI E SONDE DI ASPIRAZIONE (R01040202) – QUANTITA' 10 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 122:** TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE DESTRO COMPLETO DI RACCORDI SNODABILI E SONDE DI ASPIRAZIONE MIS. CH.26,28, 35, 37, 39, 41 (R01040202) – QUANTITA' 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 123:** TUBO PER INTUBAZIONE BRONCHIALE SINISTRO COMPLETO DI RACCORDI SNODABILI E SONDE DI ASPIRAZIONE MIS. CH. 26,28,35- 37-39-41 (R01040202) – QUANTITA' 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 124:** CANNULA TRACHEOSTOMICA NON CUFFIATA SHILEY MIS.3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 (R01050101) – 10 PER MISURA TOTALE: 60 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 125:** CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA SHILEY MIS. 4- 5- 6- 7- 8- 9 (R01050201) - 10 PER MISURA TOTALE: 60

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 126:** CANNULA TRACHEOSTOMICA CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE, CONTROCANNULA, CON CURVATURA ANATOMICA A 105°, IN PVC TERMOSENSIBILE MIS. 6 - 7 - 8- 9 - 10 (R01050201) - 50 PER MISURA TOTALE 250

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 127: CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA IN SILICONE AUTOCLAVABILE**

MISURA.

ID (MM)	OD (MM)	LUNGHEZZA
5.0 MM	7.3 MM	60.0 MM
6.0 MM	8.7 MM	70.0 MM
6.5 MM	9.4 MM	70.0 MM
7.0 MM	10.0 MM	80.0 MM
7.5 MM	10.4 MM	80.0 MM
8.0 MM	11.0 MM	88.0 MM
8.5 MM	11.8 MM	88.0 MM
9.0 MM	12.3 MM	98.0 MM
9.5 MM	13.3 MM	98.0 MM

(R01050201) - 5 PER MISURA TOTALE: 45 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 128: CANNULA TRACHEOSTOMICA CUFFIATA IN SILICONE AUTOCLAVABILE PEDIATRICA**

MISURA

ID (MM)	OD (MM)	LUNGHEZZA
2.5 MM	4.0 MM	38.0 MM
3.0 MM	4.7 MM	39.0 MM
3.5 MM	5.3 MM	40.0 MM
4.0 MM	6.0 MM	41.0 MM
4.5 MM	6.7 MM	42.0 MM
5.0 MM	7.3 MM	44.0 MM
5.5 MM	8.0 MM	46.0 MM

(R01050201) - 1 PER MISURA TOTALE: 7 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 129: CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE: PER VENTILAZIONE MECCANICA E SPONTANEA , STERILI, MONOUSO, RADIOPACHE, IN POLIURETANO, CON DUE CONTROCANNULE, CONNETTORE STANDARD DA 15 MM ( INTEGRATO NELLA CANNULA ESTERNA) BASCULANTE A 360° PER IL COLLEGAM. CON LE**

APPARECCHIATURE PER LA TERAPIA RESPIRATORIA, OTTURATORE CON PUNTA SMUSSATA , FLANGIA ANATOMICA MORBIDA CON PROFILO ARROTOND. PER RIDURRE LA PRESSIONE DEL BORDO. VARI DIAMETRI. 6 - 7 - 8- 9 (R01050201) - 10 PER MISURA TOTALE 40 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 130:** CANNULA TRACHEOSTOMICA ARMATA CUFFIATA CON FLANGIA VARIABILE IN SILICONE AUTOCLAVABILE

MISURA

ID (MM) OD (MM) LUNGHEZZA MASSIMA

(R01050202) - 2 PER MISURA TOTALE: 8 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 131:** CANNULA TRACHEOSTOMICA EXTRA-LONG IN PVC DI GRADO MEDICALE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE, RINFORZATA INTERNAMENTE MEDIANTE UNA SPIRALE IN METALLO, FLANGIA REGOLABILE SU QUATTRO LIVELLI (FLANGIA DISTALE-PROSSIMALE, FLANGIA CIRCOLARE, CON SISTEMJA A PULSANTE PER REGOLARE LA LUNGHEZZA, ALA INDIVIDUALE CRANIO-CAUDALE E ALA INDIVIDUALE DISTALE-PROSSIMALE) CON UN CONNETTORE STANDARD DA 15 MM, UN OTTURATORE, UN NASTRO PER IL COLLO, LA CARD DI IDENTIFICAZIONE. MISURE: 7-8-9-10 (R01050202) - 5 PER MISURA TOTALE: 20 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 132:** CANNULA TRACHEOSTOMICA INTUBAZIONE BRONCH.SIN MIS. 7,5; 8,5; 9,5  
CANNULA TRACHEOSTOMICA INTUBAZIONE BRONCH.DX MIS. 7,5; 8,5; 9,5 (R01050202) - 2 PER MISURA TOTALE: 12 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA'
------------------------	-------------------	-----------

		<b>DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 133:** CONTROCANNULA DI RICAMBIO PER CANNULE FENESTRATE MIS. 6- 7-8-9-10 (R010503) - 25 PER MISURA TOTALE: 100

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 134:** CONTROCANNULA DI RICAMBIO PER CANNULE TRACHEOSTOMICHE NON FENESTRATE MIS. 6-7-8-9-10 (R010503) - 25 PER MISURA TOTALE 125

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 135:** VALVOLE DI FONAZIONE DA POTERE INSERIRE NEL CIRCUITO DI VENTILAZIONE PER POTER PERMETTERE LA FONAZIONE AL PAZIENTE IN VENTILAZIONE MECCANICA. (R010580) – QUANTITA' 30 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 136:** KIT PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA SECONDO GRIGGS SENZA PINZA DILATATRICE MIS. 7 – 8 – 9 - 20 (R01060301) PER MISURA TOTALE: 60 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 137:** KIT PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA SECONDO GRIGGS CON PINZA DILATATRICE MULTIUSO MIS. 7 - 8 - 9 (R01060302) - 5 PER MISURA TOTALE:15 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 138:** KIT PER TRACHEOTOMIA PERCUTANEA CON SISTEMA AD AVVITAMENTO

KIT PER TRACHEOTOMIA PERCUTANEA DILATATIVA (CON METODICA AD AVVITAMENTO), CON INTRODUTTORE PER CANNULE TRACHEOSTOMICHE DELLE MISURE 7, 8 E 9 MM, COMPOSTO DA: DILATATORE CON TECNICA DI AVVITAMENTO, FILO GUIDA CON PUNTA A "J", MANDRINO, TUBO PER TRACHEOSTOMIA. (R01060301) - 10 PER MISURA TOTALE: 30 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 139:** KIT PER MINI TRACHEOTOMIA CON TECNICA SELDINGER (R010604) - QUANTITÀ 10 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 140:** KIT PER CONIOTOMIA D'URGENZA STERILE COMPOSTO DA: AGO IN ACCIAIO CON ESTREMITÀ CONICA, CANNULA PER CONIOTOMIA IN PLASTICA, BISTURI, TUBO DI RACCORDO FLESSIBILE, SIRINGA, FLANGIA DI FISSAGGIO. MIS. 2 - 4 (R010699) - 5 PER MISURA TOTALE: 10 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 141:** MANDRINO PER INTUBAZIONE ENDOTRACHEALE ADULTI, MALLEABILE, RIVESTITO, DIAMETRO, MONOUSO, STERILE MIS M, MIS L, MISURA PEDIATRICA, MISURA NEONATALE (R0199) - 100 PER MISURA TOTALE 400 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 142:** INTRODUTTORE DI PROVA PER INTUBAZIONI DIFFICILI ADULTI, CON PUNTA DISTALE CURVA E CHIUSA CON DUE FORI LATERALI, MANDRINO IN ACCIAIO, DUE ADATTATORI RAPI-FIT PER LA CONNESSIONE A DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE, DIAMETRO VARI FR. STERILE E MONOUSO. MISURA PER ADULTI E PEDIATRICA. (R0199) - QUANTITÀ 20 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 143:** MANOMETRO MANUALE PER JET VENTILATION (F.G.) (R0199) - QUANTITÀ 2 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 144:** INTRODUTTORE PER INTUBAZIONE DIFFICILE, CON LUMI PER O<sub>2</sub>, RACCORDO UNIVERSALE, PUNTA MORBIDA CHIUSA CON DUE FORI LATERALI, GRADUATO, MONOUSO, STERILE CH.15 / MM 5,0 / CM 60 (R0199) – QUANTITA' 80 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 145:** SET PER CONIOTOMIA D'URGENZA TIPO TRACHEOQUICK STERILE MIS.2-4 MONOUSO STERILE (R0199) – QUANTITA' 20 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 146:** CIRCUITO PER ANESTESIA ADULTI, STERILE, PVC ATOSSICO, TRASPARENTE, NON COMPRIMIBILE, CONNESSIONI SALDATE, PARETE INTERNA LISCIA, RINFORZO ESTERNO, COMPLIANCE RIDOTTA, BUSTA SINGOLA STERILE, RIDOTTO ASSORBIMENTO GAS ANESTETICI, DIAMETRO 22 MM. MISURE CM: 200 (R02010101) – QUANTITA' 3000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 147:** CIRCUITO PER ANESTESIA PEDIATRICA, STERILE, PVC ATOSSICO, TRASPARENTE, NON COMPRIMIBILE, CONNESSIONI SALDATE, PARETE INTERNA LISCIA, RINFORZO ESTERNO, COMPLIANCE RIDOTTA, LUNGHEZZA 150 CM., BUSTA SINGOLA STERILE, RIDOTTO ASSORBIMENTO GAS ANESTETICI, DIAMETRO 22 MM. (R02010101) – QUANTITA' 800 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE



Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 148:** CIRCUITO PER ANESTESIA NEONATALE, STERILE, PVC ATOSSICO, TRASPARENTE, NON COMPRIMIBILE, CONNESSIONI SALDATE, PARETE INTERNA LISCIA, RINFORZO ESTERNO, COMPLIANCE RIDOTTA, LUNGHEZZA 100 CM., BUSTA SINGOLA STERILE, RIDOTTO ASSORBIMENTO GAS ANESTETICI, DIAMETRO 22 MM (R02010101) - QUANTITA' 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 149:** CIRCUITO PER RIANIMAZIONE PEDIATRICO COMPLETO DI TUBI CORRUGATI COIBENTATI CON SUPERFICIE INTERNA LISCIA. RACCORDO AD Y CON PRESE PRESSIONE E TEMPERATURE. RACCOGLI CONDENSA. RACCORDI FLEX. (R02010102) - QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 150:** CIRCUITO RESPIRATORIO MONOUSO NEONATALE/ PEDIATRICO DOPPIO RISCALDATO (LINEA ESPIRATORIA CON TECNOLOGIA EVAQUA) COMPLETO DI CAMERA DI UMIDIFICAZIONE MONOUSO AD/PED/NEON AD AUTORIEMPIMENTO AUTOMATICO A BASSO VOLUME. (R02010102) - QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 151:** CIRCUITO MONOUSO PER OSSIGENOTERAPIA UMIDIFICATA E RISCALDATA COMPLETO DI CAMERA DI UMIDIFICAZIONE AD AUTORIEMPIMENTO CON DOPPIO GALLEGGIANTE DI SICUREZZA AD. PED E NEONATALE COMPLETO DI RIDUTTORE VENTURI A FIO2 REGOLABILE DAL 28% AL 100% CON INDICAZIONE DEL FLUSSO DA IMPOSTARE PER OTTENERE ESATTAMENTE LA PERCENTUALE DI OSSIGENO DESIDERATA, E TRATTO CIRCUITO PAZIENTE RISCALDATO IN POLIETILENE CON DOPPIA PORTA PER SONDA DI TEMPERATURA, LUNGHEZZA 150CM, DIAMETRO 22 MM CIRCA. (R02010102) – QUANTITA’ 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell’etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 152:** CIRCUITO RESPIRATORIO MONOUSO ADULTI DOPPIO RISCALDATO (LINEA ESPIRATORIA ED INSPIRATORIA). IL CIRCUITO DOVRÀ ESSERE DOTATO DI APPOSITI ALLOGGIAMENTI PER AGGANCIO SONDA DI TEMPERATURA CHE IMPEDISCANO IL DISTACCO ACCIDENTALE DELLA STESSA DA UMIDIFICATORE O DALLA “Y”. IL CIRCUITO DOVRÀ ESSERE COMPLETO DI CAMERA DI UMIDIFICAZIONE MONOUSO AD/PED/NEON AD AUTORIEMPIMENTO AUTOMATICO A BASSO VOLUME DOTATO DI SISTEMA DI GALLEGGIANTI PER MANTENERE SEMPRE CORRETTO IL LIVELLO DELL’ACQUA, LA CAMERA DOVRÀ ESSERE DOTATA DI DEFLUSSORE CON VALVOLA PER IL COLLEGAMENTO AD UN QUALSIASI CONTENITORE DI ACQUA STERILE PER OTTENERE COSÌ UN SISTEMA RIGOROSAMENTE CHIUSO ANTICONTAMINAZIONE. MISURA ADULTI (R02010102) – MISURA ADULTI TOTALE 300 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell’etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 153:** CIRCUITO RESPIRATORIO A TUBO CORRUGATO DOTATO DI PROPRIETÀ ANTI MICROBICHE MEDIANTE L’UTILIZZO DI IONI D’ARGENTO MISCHIATI AL POLIPROPILENE A BASSA DENSITÀ COMPLETO DI TUBO SUPPLEMENTARE E RESERVOIR. VARIE MISURE (R02010102) – QUANTITA’ 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell’etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 154:** CIRCUITO PER T.I. IN PVC LISCIO INTERNAMENTE E CORRUGATO ESTERNAMENTE, DIAM.19MM (ADULTI), RACCORDI FLEX 22F, CON Y CON PRESA PER TEMPERATURA E CO2 SCONNETTIBILE, SPEZZONE DA

60CM. 2 AMPOLLE DI CONDENSA CON SISTEMA DI PRELIEVO VALVOLATO INTEGRATO, STERILE (R02010102)  
 - QUANTITA' 1200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 155:** CIRCUITO PER T.I. IN PVC LISCIO INTERNAMENTE E CORRUGATO ESTERNAMENTE, DIAM.15MM (PEDIATRICO), RACCORDI FLEX 22F, CON Y CON PRESA PER TEMPERATURA E CO2 SCONNETTIBILE, SPEZZONE DA 60CM. 2 AMPOLLE DI CONDENSA CON SISTEMA DI PRELIEVO VALVOLATO INTEGRATO, STERILE (R02010102) - QUANTITA' 400 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 156:** CUSTOM PACK "SEVEN DAY" COMPOSTO DA:

N° 1 CIRCUITO IN PVC, DI GRADO MEDICO, TRASPARENTE CON SUPERFICIE INTERNA LISCIA E RINFORZO ESTERNO A SPIRALE. LINEA INSPIRATORIA COIBENTATA, CON INTERCAPEDINE ISOLANTE. CONNESSIONI 22FLEX MORBIDE E MANEGGEVOLI.

N° 7 FILTRI BIDIREZIONALI ANTIBATTERICI ED ANTIVIRALI CON INSERTO IN CELLULOSA AUTO-UMIDIFICANTE. MEMBRANA IDROFOBICA A FILTRAZIONE MECCANICA IN MICROFIBRE DI CERAMICA. SUPERFICIE FILTRANTE > 500 CM2 . EFFICIENZA DI FILTRAZIONE BATTERICA E VIRALE > 99,9999%. TEST DI FILTRAZIONE SPECIFICI SU HIV, EPATITE C (HCV) E TUBERCOLOSI. VOLUME FILTRO INFERIORE A 100 ML CONNESSIONI INCLUSE (96 ML). PESO 49G. RESISTENZE A 30 LT./MIN. ≤ 1,3 CM/H20 (≤2,8 CM/H20 A 60 L/MIN). UMIDITÀ ASSOLUTA RILASCIATA SUPERIORE A 32 MG H20/L A 500 ML TV, CERTIFICATA (DOCUMENTATA DA RILEVAZIONI PUBBLICATE DALL'AGENZIA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ INGLESE, MHRA). CONNESSIONI 22M/15F - 22F/15M ISO, PRESA LUER LOCK PER CAPNOGrafo.

N° 7 CATETERI MOUNT GIREVOLI DA 10 CM.

IL KIT (1 CIRCUITO + 7 FILTRI + 7 MOUNT) DEVE ESSERE CONFEZIONATO IN BUSTA SINGOLA STERILE. (R02010203) - QUANTITA' 400 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 157:** KIT MONOPAZIENTE PER MODERATORE DI FLUSSO, REGOLATORE DI FIO2, TRIGGER, TUBI DI CONNESSIONE, MASCHERA FACCIALE IN PUR CON CUSCINETTO GONFIABILE VARIE MISURE, NUCALE IN TESSUTO. (R020104) - QUANTITA' 20 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 158:** CIRCUITO STERILE PER NIV. (R020104) - QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 159:** CIRCUITO STERILE PER CPAP (R020105) - QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 160:** TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE PER SCARICO GAS ANESTETICI DIAMETRO 22 MM. LUNGHEZZA METRI 10 CIRCA. (R020109) - QUANTITA' 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 161:** CATETERE MOUNT GIREVOLE CON RACCORDO 15F/22M CON TAPPO ADATTO AL PASSAGGIO DEL BRONCOSCOPIO ED ADATTATORE 15M LUNGH. 10 CM PER RIANIMAZIONE. (R020202) – QUANTITA' 2500 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 162:** CATHETER-MOUNTH ESTENSIBILE IN POLIPROPILENE CON RACCORDO DI COBB FISSO, PROVISTO DI TAPPO, STERILE, ESTENSIBILE DA 7,5 A 14CM.0. (R020202) – QUANTITA' 5000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 163:** CONVETTORE SNODABILE AD ANGOLO RETTO CHE PERMETTA IL PASSAGGIO DEL CATETERE DI ASPIRAZIONE SENZA INTERRUPTERE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. (R0203) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 164:** RACCORDO AD ANGOLO PORTA MASCHERA N MAKROLON M/F MM 22. (R020302) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 165:** CANNULE NASALI CON PALLONCINO AUTOBLOCCANTE PEDIATRICHE, PICCOLE, MEDIE, GRANDI. (R0301) – QUANTITA' 200 PER MISURA TOTALE 800 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 166:** CANNULE NASALI X PRESSIONE POSITIVA CONTINUA (PPC) GRANDI, PICCOLE. (R0301) – QUANTITA' 1000 PER MISURA TOTALE: 2000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 167:** MASCHERA PER ENDOSCOPIA IN PVC CON CUSCINETTO GONFIABILE E MEMBRANA DILATABILE PER INSERIMENTO DEL BRONCOSCOPIO E/O TUBO ENDOTRACHEALE. COMPLETA DI CATHETER MOUNT DA CM 10, MONOUSO, LATEX FREE. MISURE 1-3-5-7(GASTRO). (R030199) – QUANTITA' 40 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 168:** MASCHERA PER VENTILAZIONE NON INVASIVA CON OTTIMA TENUTA, CUSCINETTO IN GEL, SUPPORTO PER LA FRONTE REGOLABILE IN MANIERA FINE, POSSIBILITA' DI MODELLARE IL CORPO DELLA MASCHERA COMPLETA DI SISTEMA DI AGGANGIO/SGANGIO RAPIDO POSSIBILMENTE CON MAGNETE. (R030101) – QUANTITA' 10 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 169:** MASCHERE PER RISONANZA VARIE MISURE. (R03010101) – QUANTITA' 10000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 170:** MASCHERE FACCIALI MONOPAZIENTE TRASPARENTI CON CUSCINETTO ANATOMICO, CROCIERA PER NUCALE MONOUSO STERILE GONFIABILI E ANALLERGICI. LATEX FREE.

MISURE 00- 0-1-2-3-4-5-6. (R03010101) – QUANTITA' 10000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 171:** MASCHERA FACCIALE TOTALE COMPOSTA DA: SCOCCA IN PLASTICA TRASPARENTE SEMI-RIGIDA PER UN MIGLIOR ADATTAMENTO ALLE VARIE CONFORMAZIONI DI VISO DEI PAZIENTI, MEMBRANA DI SILICONE (PARTE A CONTATTO CON IL VISO DEL PAZIENTE), E SNODO ANGOLARE CON PRESA PER CAPNOMETRO; TALE SNODO DOVRÀ ESSERE REMOVIBILE E DOVRANNO ESSERE DISPONIBILI SIA LA VERSIONE CON VALVOLA ESPIRATORIA DI EMERGENZA, SIA LA VERSIONE SENZA ALCUN FORO PER LA VENTILAZIONE CON CIRCUITI A DOPPIO TUBO. LA MASCHERA DOVRÀ INOLTRE ESSERE DOTATA DI 5 CINGHIE REGGIMASCHERA CON SISTEMA DI SGANCIO DI SICUREZZA. MISURE DISPONIBILI MEDIUM E SMALL, CONFEZIONE SINGOLA. (R03010103) – QUANTITA' 10 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 172:** MASCHERA PER VENTILAZIONE NON INVASIVA CON OTTIMA TENUTA, CUSCINETTO IN GEL, SUPPORTO PER LA FRONTE REGOLABILE IN MANIERA FINE, POSSIBILITA' DI MODELLARE IL CORPO DELLA MASCHERA COMPLETA DI SISTEMA DI AGGANGIO/SGANGIO RAPIDO POSSIBILEMNETE CON MAGNETE (R03010101) – QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 173:** MASCHERA ORO-NASALE PER UTILIZZO SU PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI CON PESO DI 30 KG. POSSIBILITA' DI AVERE LA MASCERA NELLA VERSIONE CON RACCORDO CON VALVOLA DI SICUREZZA INTEGRATA (APERTURA A 3 CMH2O)PER L'UTILIZZO SU VENTILATORI MONOTUBO E CON RACCORDO STANDARD PER VENTILATORI BITUBO. FORNIBILE IN TRE MISURE S, M E L. POSSIBILITÀ DI INTERCAMBIARE IL CUSCINETTO UTILIZZANDO LA STESSA STRUTTURA DELLA MASCHERA, GOMITI INTERCAMBIABILI (COMPRESO GOMITO PER BRONCSCOPIA), GOMITI COMPATIBILI CON NEBULIZZATORE AEROGEN, KIT DIMISSIONE PER IL PAZIENTE DOMICILIARE, REGOLAZIONE SUPPORTO FRONTALE, DI FACILE ACCESSO PER OPERAZIONI AL CAVO ORALE, SISTEMA DI CONSERVAZIONE MASCHERA QUANDO INUTILIZZATA, MISURATORE PER SELEZIONE TAGLIA DELLA MASCHERA. IL CORPO DELLA MASCERA DEVE ESSERE IN POLICARBONATO IN POLICARBONATO,MENTRE IL CUSCINETTO COMPOSTO DA DUE FLANGE IN MATERIALE SILICONIICO.DOTATA DI SUPPORTO FRONTALE REGOLABILE A PONTE.IL FISSAGGIO DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE CUFFIA CON LA POSSIBILITA'DI REGOLARE I 4 PUNTI DI FISSAGGIOE SISTEMI A CLIP PER LA RAPIDA RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO. (R03010101) – QUANTITA' 150 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 174:** MASCHERA PER CPAP COMPLETA DI NUCALE, VENTURIMETRO INTEGRATO, VALVOLA PEPP REGOLABILE (R03010103) – QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 175:** CASCO PER CPAP TERAPIA TRASPARENTE, PRIVO DI LATTICE UTILIZZABILE CON UN COMUNE FLUSSOMETRO. SISTEMA DI ANCORAGGIO SENZA BRETELLE, CORREDATO DI: VENTURIMETRO INTEGRATO, VALVOLA PEP REGOLABILE, MANOMETRO INTEGRATO, SISTEMA DI ACCESSO AL PAZIENTE, VALVOLA BIDIREZIONALE ANTISOFFOCAMENTO. ADULTI E PEDIATRICO VARIE MISURE (R03010104) – QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**



<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 176:** CASCO PER VENTILAZIONE NON INVASIVA TRASPARENTE CORREDATO DI : DOPPIO CIRCUITO, SISTEMA DI ACCESSO AL PAZIENTE, VALVOLA BIDIREZIONALE ANTISOFFOCAMENTO, MANOMETRO INTEGRATO. SISTEMA DI ANCORAGGIO SENZA BRETELLE. ADULTI E PEDIATRICO VARIE MISURE (R03010104) – QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 177:** MASCHERE VENTURI ADULTI CON RIDUTTORI E CONCENTRAZIONI DAL 24% AL 60 % CON TUBO ANTISCHIACCIAMENTO DI CIRCA 200 CM. (R03010202) – QUANTITA' 3000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 178:** MASCHERE VENTURI PEDIATRICHE CON RIDUTTORI E CONCENTRAZIONI DAL 24% AL 60 % CON TUBO ANTISCHIACCIAMENTO DI CIRCA 200 CM. (R03010202) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 179:** KIT PER AEROSOL TERAPIA COMPREDENTE MASCHERINA MUNITA DI ELASTICO, CONNETTORE ANGOLATO, NEBULIZZATORE, AMPOLLA GRADUATA CON TAPPO, TUBO DI RACCORDO DI CIRCA 2 METRI. IL KIT DEVE ESSERE COMPLETAMENTE PRIVO DI LATTICE.

MISURA ADULTI MISURA PEDIATRICA. (R030103) – QUANTITA' 500 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 180:** MASCHERA PER ENDOSCOPIA CON APERTURA CENTRALE PER IL PASSAGGIO DEGLI ENDOSCOPI E TUBO DI RACCORDO LATERALE IN SILICONE - VARIE MISURE. (R030199) – QUANTITA' 300 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 181:** PALLONI PER CIRCUITO DI ANESTESIA MONOPAZIENTE ANALLERGICI DA LT. 0,250- 0,5 - 1 - 2 - 3. (R03020101) – QUANTITA' 100 PER MISURA TOTALE:500 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 182:** CIRCUITO VA E VIENI MONOUSO CON VALVOLA GEOMETRICA DI SCARICO GAS E PALLONE MISURE ADULTI, PEDIATRICI, NEONATALI PRIVO DI LATTICE. (R03020201) – QUANTITA' 5000 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 183:** PALLONE RIANIMATORE ADULTI/PEDIATRICO AMBU PLURIUSO IN SILICONE TRASPARENTE E POLISOLFONE AD ALTA SENSIBILITÀ ALL'ADATTAMENTO DEL POLMONE CON RESORVOIR E TUBO DI OSSIGENO E MASCHERA. CON POSSIBILITÀ DI UTILIZZO MONOUSO. (R03020201) – QUANTITA' 50 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 184:** FILTRO PER PAZIENTI ADULTI BIDIREZIONALE ANTIBATTERICO ED ANTIVIRALE CON INSERTO IN CELLULOSA AUTO-UMIDIFICANTE. MEMBRANA IDROFOBICA A FILTRAZIONE ELETTROSTATICA. SUPERFICIE FILTRANTE > 43 CM<sup>2</sup>

EFFICIENZA DI FILTRAZIONE BATTERICA E VIRALE > 99,999%. TEST DI FILTRAZIONE SPECIFICI SU EPATITE C (HCV), P. AERUGINOSA E S. AUREO. VOLUME FILTRO INFERIORE A 100 ML CONNESSIONI INCLUSE (99 ML).

PESO 46G. RESISTENZE A 30 LT./MIN. ≤ A 0,9 CM/H<sub>2</sub>O (≤ A 2,1 CM/H<sub>2</sub>O A 60 L/MIN).

UMIDITÀ ASSOLUTA RILASCIATA SUPERIORE A 31 MG H<sub>2</sub>O/L A 500 ML TV, CERTIFICATA (DOCUMENTATA DA RILEVAZIONI PUBBLICATE DALL'AGENZIA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ INGLESE, MHRA).

CONNESSIONI 22M/15F - 22F/15M ISO, PRESA LUER LOCK PER CAPNOGRAFO. CONFEZIONATO IN BUSTA SINGOLA STERILE. (R040101) – QUANTITA' 10000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 185:** FILTRI BIDIREZIONALI PER NEONATI PER MINIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO MORTO MECCANICO CHE SI COLLEGANO DIRETTAMENTE AL TUBO ENDOTRACHEALE, COMPLETI DI RACCORDO PER ETCO<sub>2</sub> PER TUBI N. 2,5 - 3 - 3,5 - 4. (R040101) – QUANTITA' 100 PER MISURA TOTALE 400 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 186:** FILTRO PER BAMBINI BIDIREZIONALE ANTIBATTERICO ED ANTIVIRALE CON INSERTO IN CELLULOSA AUTO-UMIDIFICANTE. MEMBRANA IDROFOBICA A FILTRAZIONE ELETTROSTATICA. SUPERFICIE FILTRANTE > 19 CM<sup>2</sup>

EFFICIENZA DI FILTRAZIONE BATTERICA E VIRALE > 99,99%. TEST DI FILTRAZIONE SPECIFICI SU STAFILOCOCCO AUREO, MICROCOCCO LUTEO, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E MS2-FAGO. VOLUME FILTRO INFERIORE A 35 ML CONNESSIONI INCLUSE (31 ML). PESO 21G. RESISTENZE A 30 LT./MIN. ≤ 1,5 CM/H<sub>2</sub>O (≤ 3,5 CM/H<sub>2</sub>O A 60 L/MIN). UMIDITÀ ASSOLUTA RILASCIATA SUPERIORE A 30 MG H<sub>2</sub>O/L A 250 ML TV,

CERTIFICATA (DOCUMENTATA DA RILEVAZIONI PUBBLICATE DALL'AGENZIA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ INGLESE, MHRA).

CONNESSIONI 22M/15F - 22F/15M ISO, PRESA LUER LOCK PER CAPNOGRAFO. CONFEZIONATO IN BUSTA SINGOLA STERILE. (R040101) – QUANTITA' 2000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 187:** FILTRO ELETTROSTATICO SCAMBIATORE UMIDITA' E CALORE PER VENTILATORE DA RIANIMAZIONE CON CON PRESA PER CAPNOMETRIA, CON EFFICIENZA >99,99%, UMIDITA' ASSOLUTA > 32% AD OGNI VOLUME TIDAL, FILTRAZIONE MECCANICA, SUPERFICIE SUPERIORE 500 CM., VOLUME INFERIORE 100 ML. (CONNESSIONI INCLUSE), CONFEZIONE SINGOLA STERILE, TEST DI FILTRAZIONE SU HCV-HIV-MICOBATTERIO TUBERCOLOSI, CONFORME NORME ISO. MISURA PER ADULTI. (R040102) – QUANTITA' 2000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 188:** FILTRO ELETTROSTATICO SCAMBIATORE UMIDITA' E CALORE PER RESPIRATORE, CON PRESA PER CAPNOMETRIA, CON EFFICIENZA >99,99%, UMIDITA' ASSOLUTA > 32% AD OGNI VOLUME TIDAL, FILTRAZIONE MECCANICA, CONFEZIONE SINGOLA STERILE, TEST DI FILTRAZIONE SU HCV-HIV-MICOBATTERIO TUBERCOLOSI, CONFORME NORME ISO. MISURA NEONATALE. (R040102) – QUANTITA' 500 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 189:** SCAMBIATORE DI CALORE E UMIDITA' PER PAZIENTI TRACHEOSTOMIZZATI. CON PRESA PER O2, DOTATO DI SPUGNETTE LATERALI DI CUI ALMENO UNA RIMOVIBILE DAL PAZIENTE IN CASO DI OSTRUZIONE, FORO PER ASPIRAZIONE PROTETTO DA CLIP, CONNETTORE PER L'OSSIGENO RUOTABILE, TUBO PER EVENTUALE SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO E DOVRA' ESSERE PARTICOLARMENTE LEGGERO PER NON GRAVARE SULLA CANNULA DEL PAZIENTE E MIGLIORARE IL SUO COMFORT. (R040201) – QUANTITA' 2000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA'</b>
-------------------------------	--------------------------	------------------

		<b>DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 190:** KIT PER PRELIEVO BRONCHIALE PROTETTO  
 CATETERE EXT 13 F CATETERE INT 6 F  
 CATETERE EXT 8 F CATETERE INT 5 F  
 CATETERE EXT 6 F CATETERE INT 3 F  
 CATETERE EXT 6 F CATETERE INT 3 F PEDIATRICO  
 (R050101) – QUANTITA' 10 PER MISURA TOTALE 40 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 191:** CATETERE PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE CONTROLLATA STERILI MONOUSO. CON PUNTA MORBIDA ARROTONDATA E DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE CONTROLLATA, DA UTILIZZARE IN RIANIMAZIONE IN PVC TERMOSENSIBILE ATOSSICO TRASPARENTE LUNGHEZZA CM 50 CON QUATTRO FORI LATERALI ELLITTICI ATTORNO ALLA PUNTA, PER EVITARE OCCLUSIONE, CON RACCORDO CONICO COLLEGATO ALLA VALVOLA, COLORATO SECONDO IL CH E FORNITO DI ATTACCO STARDARD PER ASPIRATORE PUNTA ANGOLATA MIS. 8- 10 – 12- 14- 16. (R05010102) – QUANTITA' 3400 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 192:** CATETERE PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE CONTROLLATA STERILI MONOUSO CON PUNTA MORBIDA ARROTONDATA E DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE CONTROLLATA, DA UTILIZZARE IN RIANIMAZIONE IN PVC TERMOSENSIBILE ATOSSICO TRASPARENTE LUNGHEZZA CM 50 CON QUATTRO FORI LATERALI ELLITTICI ATTORNO ALLA PUNTA, PER EVITARE OCCLUSIONE, CON RACCORDO CONICO COLLEGATO ALLA VALVOLA, COLORATO SECONDO IL CH E FORNITO DI ATTACCO STARDARD PER ASPIRATORE PUNTA RETTA MIS. 6- 8-10- 12- 14- 16. (R05010102) – QUANTITA' 10000 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e	5	SI/NO

dell'etichetta		
----------------	--	--

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 193:** SISTEMA COLLEGABILE A TUTTI I CIRCUITI E CATETERI MOUNT CHE PERMETTA LA BRONCO ASPIRAZIONE DEL PAZIENTE ADULTO/PEDIATRICO SENZA INTERRUPTO LA VENTILAZIONE CON VALVOLA TIPO PUCKER CHE CONSENTA DI ISOLARE LE VIE AEREE DEL PAZIENTE DALLA PORTA DI ACCESSO, COMPLETO DI CAMICIA PER INSERIMENTO DI BRONCOSCOPI. (R05010102) – QUANTITA' 250 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 194:** KIT PER LA DECONTAMINAZIONE DEL CIRCUITO DI BRONCOASPIRAZIONE COMPOSTO DA:

- 1 FLACONE IN PE DA 1000 ML. CON FILTRO ARIA ANTIBATTERICO E TAPPO CON CANNULA PESCANTE
- 1 TUBO MORBIDO DA 270 CM CON VALVOLA PER IL CONTROLLO PROGRESSIVO DELL'ASPIRAZIONE A "CIRCUITO CHIUSO".

LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ FORNIRE 20 SUPPORTI PER IL FISSAGGIO DEL FLACONE.. (R050103) – QUANTITA' 500 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 195:** SONDE ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE + PROVETTA PER BRONCOASPIRATO

CH 10 - CH 16. (R05010301) – QUANTITA' 100 PER MISURA TOTALE 198 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 196:** VALVOLA PNEUMATICA DI ASPIRAZIONE TIPO DIGT VENT. (R0599) – QUANTITA' 500 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 197:** TUBO DI CONNESSIONE CONDUTTORI PER ASPIRAZIONE CON ESTREMITÀ AD IMBUTO E RACCORDO FILETTATO, LUNGHEZZA CM 200. (R0599) – QUANTITA' 2000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 198:** SET PER NEBULIZZARE FARMACI NEI CIRCUITI, COMPLETO DI NEBULIZZATORE, "T" CON BOCCAGLIO E 2MT DI TUBO ANTISCHIACCIAMENTO. (R0601) – QUANTITA' 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 199:** MININEBULIZZATORE PER SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI COMPLETO DI ADATTATORE PER VENTILATORE HAMILTON E VIASYS. (R060101) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 200:** DISPOSITIVO NASALE PER RILEVAMENTO ETCO2 A RESPIRO SPONTANEO PER CAPNOGRAFO TIPO SIDE - STREAM, ATTACCO LUER-LOCK FEMMINA, TUBO DI PICCOLO DIAMETRO, SONDA DOPPIA PER ORIFIZI NASALI, MONOUSO. (R060101) – QUANTITA' 500 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
------------------------	-------------------	---------------------------

Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 201:** SISTEMA STERILE SPRAY PER L'ATOMIZZAZIONE TOPICA DI SOLUZIONI. COMPLETO DI SIRINGA AD ANELLI DA 10 ML. E CANNULA DA 10 CM. CA. Cannula adulti, pediatrico, nasale.

Cannula orofarigea per intubazioni con fibroscopio dotata di una via per atomizzazione di Farmaci e una per la somministrazione di Ossigeno. (R060101) – QUANTITA' 100 ANNUI

Cannula adulti, pediatrico, nasale.

Cannula orofarigea per intubazioni con fibroscopio dotata di una via per atomizzazione di Farmaci e una per la somministrazione di Ossigeno QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 202:** SISTEMA PER L'UMIDIFICAZIONE ATTIVA AUTOREGOLANTE CHE CONSENTA LA SOMMINISTRAZIONE DI UMIDITÀ E DI CALORE IN CONDIZIONI DI VENTILAZIONE POLMONARE ASSISTITA. COSTITUITO DA:

- FILTRO HME CON MEMBRANA FILTRANTE DI TIPO MECCANICO E/O ELETTROSTATICO CHE GARANTISCA CAPACITÀ DI RIMOZIONE BATTERICA E VIRALE NON INFERIORE A 99,99%, COMPLETO DI ELEMENTO IN POLICARBONATO E ALLUMINIO CON MEMBRANA IN GORETEX E CATHETER MOUNTH CON COBB GIREVOLE E DOPPIA APERTURA COMPLETO DI ALLOGGIAMENTO PER L'INNESTO DELL'UNITÀ DI RISCALDAMENTO E IL RACCORDO LUER LOCK PER IL COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE DI FLUIDI ED È DOTATO DI PRESA LUER LOCK PER CAPNOGRAFO. (R060102) - QUANTITA' 500 ANNUI
- HME-BOOSTER RISCALDATORE RIUTILIZZABILE, UNITÀ DI RISCALDAMENTO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA POSITIVO ED ADATTATORE 12 VOLT CON MICRO INTERRUTTORE CON LED INTEGRATO. (Z1203019080) – QUANTITA' 15 ANNUI

LOTTO INDIVISIBILE.

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 203:** CIRCUITO MONOUSO PER OSSIGENOTERAPIA UMIDIFICATA E RISCALDATA COMPLETO DI CAMERA DI UMIDIFICAZIONE AD AUTORIEMPIMENTO AD/PED/NEON. CON DOPPIO GALLEGGIANTE DI SICUREZZA E RIDUTTORE VENTURI INSERITO NELLA CALOTTA. (R0699) – QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA'
------------------------	-------------------	-----------



		<b>DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 204: CATETERI BRUSCH BRONCSCOPIA. (R07020301) – QUANTITA' 50 ANNUI**  
**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 205: GUAINA PROTETTIVA STERILE MONOUSO PER TUBO ENDOSCOPICO TRACHEOBRONCHIALE COMPLETA DI CANALE OPERATIVO NECESSARIO PER LE PROCEDURE D'IRRIGAZIONE, D'ASPIRAZIONE E/O DEL PASSAGGIO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE NELLE MISURE DA 1,5 MM , 2.1 MM , 2.8 MM. TALE DA IMPEDIRE IL CONTATTO STRUMENTO/PAZIENTE**

LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ FORNIRE IL RELATIVO ENDOSCOPIO COMPLETO DI MONITOR. (R070199) – QUANTITA' 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 206: BITE BLOCK COMPLETO DI CANALE PER LA PRE-OSSIGENAZIONE E PER IL MONITORAGGIO DELLA ETCO2 ABBASSALINGUA E SISTEMA DI FISSAGGIO PER PROCEDURE ENDOSCOPICHE. (R0799) – QUANTITA' 100 ANNUI**

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 207: NUCALI FISSAMASCHERA A 4 BRETELLE PER :**

A) ADULTI

B) PEDIATRICI.

(R9099) – QUANTITA' 100 PER ADULTI 50 PEDIATRICI TOTALE 150 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 208:** LINEA PER CO2 PER CAPNOMETRO. (R9099) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 209:** MISURATORE PRESSIONE E GONFIAGGIO DELLE CUFFIE A BASSA PRESSIONE DI TUBI ENDOTRACHEALI, BRONCHIALI E CANNULE TRACHEOSTOMICHE. (R9099) – QUANTITA' 12 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 210:** SISTEMI PER INTUBAZIONI DIFFICILI, STERILI MONOUSO, ENDOSCOPI FLESSIBILI, DOTATI DI FOTOCAMERA, CANALE PER SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO IN EMERGENZA, POSSIBILITA' DI ASPIRAZIONE, POSSIBILITA' DI FISSAGGIO DEL TUBO ENDOTRACHEALE, COMPLETI DI MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON PUNTA RINFORZATA, LINEA DI COMANDO DELLA PARTE FLESSIBILE SULL'IMPUGNATURA, CAVO DI TRASMISSIONE DELL'IMMAGINE AL MONITOR. LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ FORNIRE IL RELATIVO MONITOR. (R9099) – QUANTITA' 30 PER MISURA TOTALE 90 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 211.A:** DISPOSITIVO MONOPAZIENTE PER SUPPORTO RESPIRATORIO IN VENTILAZIONE SPONTANEA NON INVASIVO A CIRCUITO APERTO CON PEEP REGOLABILE IN FUNZIONE DEL FLUSSO EROGATO SENZA VALVOLE O MOLLE METALLICHE. MASCHERA FACCIALE MONOPAZIENTE PER TERAPIA IN PUR CON CUSCINETTO GONFIABILE E CODICE COLORE. NUCALE IN SILICONE. MIDURE 4/5/6. (R9099) – QUANTITA' 70 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 211.B:** REGOLATORE DI FI O2. (R9099) – QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 211.C:** KIT EROGAZIONE CPAP COMPOSTO DA N° 1 MANOMETRO INDICATORE DI PRESSIONE CON SCALA 0 - 25 CM H2O - N° 1 ROTAMETRO PER L'EROGAZIONE DELL'OSSIGENO DA 30 LT/MIN. (R9099) – QUANTITA' 3 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 212:** KIT MEDICAZIONE REALIZZATO APPOSITAMENTE PER L'UTILIZZO IN RIANIMAZIONE COMPOSTO DA 1 VASSOIO IN PLASTICA A 4 SCOMPARTI 15 X 20, 1 DRAPE 32 X 45, 1 PINZA KOCHER, 1 FORBICI ANATOMICHE, 5 GARZE 40 X 40, 5 GARZE IN TNT 7,5 X 7,5 CM. (T0202) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO

Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO
---	---	-------

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 213:** SET PER MEDICAZIONE MONOUSO STERILE COMPRENDEnte FORBICI, PINZA ANATOMICA, TAMPONE. (T0203) – QUANTITA' 2000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 214:** KIT PER SUTURA MONOUSO STERILE COMPRENDEnte 1 PINZA PORTA AGO IN METALLO, 1 PINZA ANATOMICA IN ACCIAIO, 1 FORBICE PUNTA ACUTA IN ACCIAIO. OGNI COMPONENTE DEVE ESSERE IN BUSTA SINGOLA STERILE. (T0203) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 215:** SPAZZOLINI PER UNGHIE MONOLAVAGGIO STERILI, CON O SENZA DISINFETTANTE. (T0399) – QUANTITA' 2000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 216:** AUSILI PER IGIENE PAZIENTE :

- SPAZZOLINO AD ASPIRAZIONE MONOUSO, CON DOPPIO TAMPONE COSTITUITO DA UNA SPUGNETTA SCANALATA SU CUI È PREDISPENSATO DEL BICARBONATO DI SODIO, UNITA AD UNA LUNGA BACCHETTA DI PLASTICA PROVISTA DI COLLEGAMENTO A VUOTO PER LA SUZIONE DEI LIQUIDI, ASSOCIATO AD UNA BUSTINA CONTENENTE UN COLLUTTORIO. (T0399) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA'
------------------------	-------------------	-----------

		<b>DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 217:** CUFFIA CONTENENTE SHAMPOO E BALSAMO PER LA PULIZIA E LAVAGGIO DEI CAPELLI E DEL CUIO CAPELLUTO. SENZA RISCIAQUI RISCALDABILE AL MICROONDE. (T0499) – QUANTITA' 100 ANNUI  
**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 218:** CATETERE URETRALE IN SILICONE A DUE E TRE VIE CON RACCORDO PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA INTERNA MIS. 8 -10- 12- 14 - 16 - 18 - 20 - CH. (U010205)

MIS. 8: 50 ANNUI

MIS. 10: 50 ANNUI

MIS. 12:50 ANNUI

MIS. 14: 150 ANNUI

MIS. 16: 250 ANNUI

MIS. 18: 250 ANNUI

MIS. 20:200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 219:** CATETERE DI FOLEY IN LATTICE RIVESTITO CON SUPERFICIE ATTIVA ULTRASOTTILE IN LEGA DI METALLI NOBILI (PALLADIO, ORO, ARGENTO) E RIVESTITA DA UNO STRATO DI GEL LUBRIFICANTE HYDROGEL A DUE VIE. VARIE MISURE. (U010299) – QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 220:** CATETERI IN SILICONE 100%, PER BAMBINI, CON MANDRINO CILINDRICO, A DUE VIE, DUE FORI, PUNTA PIENA, LUNGHEZZA CM 30 CIRCA. PALLONCINO 3 - 5 ML CH 6 - CH 10. (U010299) - 200 PER MISURA TOTALE 400 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 221:** TAPPI STERILI MONOUSO PER CATETERI IN MATERIALE PLASTICO. MISURA UNICA DA CH 7 A CH 30, DI FORMA CONICA. DA CH 7 A CH 30. (U0180) - QUANTITA' 250 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 222:** SET CATETERISMO VESCICALE MONOUSO STERILE: 4 TAMPONI ROTONDI MM 30 C.A., 2 PAIA GUANTI IN LATTICE, 1 TELO 35X50 C.A., 1 TELO C.S. FENESTRATO, 1 BUSTINA DI GEL LUBRIF., 1 SIR. DA 10 CC CON ACQUA DEP., 1 DISINFETT. IN BUSTA P.U., 1 PINZA AD ANELLO, 2 GARZE. (U0180) - QUANTITA' 500 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 223:** SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ENDOADDOMINALE A COLONNA LIQUIDA MEDIANTE CONNESSIONE AL CATETERE VESCICALE CON VALVOLA PER PRIMING CON L'UTILIZZO DI SIRINGHE SENZA Aghi. (U050401) - QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO

Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO
---	---	-------

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 224:** SENSORI PER LA MISURAZIONE NON INVASIVA ED IL MONITORAGGIO CONTINUO DELLA TEMPERATURA CENTRALE DURANTE ANESTESIA. LA DITTA AGGIUDICATARIA DOVRÀ FORNIRE 10 MONITOR PER LA VISUALIZZAZIONE DEL VALORE. (V03010299) – QUANTITA' 1000 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 225:** GELATINA LUBRIFICANTE STERILE, TRASPARENTE, IDROSOLUBILE, PRIVA DI SOSTANZE CHIMICHE ANESTETICHE, CON BATTERIOSTATICO, IN CONFEZIONE DI CIRCA 80-100 G. (V9007) – QUANTITA' 200 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 226:** SPREMISACCA A DUE CAMERE PER INFUSIONE A PRESSIONE DI SOLUZIONE LIQUIDE E/O SANGUE, CON MANOMETRO E VALVOLA DI SFIATO AUTOMATICA PRE-TARATA PER EVITARE LA ROTTURA DEI GLOBULI ROSSI, CON CHIUSURA A CERNIERA PER FACILITARE L'INSTALLAZIONE O LA SOSTITUZIONE DELLA SACCA COMPOSTA DI DUE SACCHE DA 3000. (V9099) – QUANTITA' 10 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 227:** PREMISACCA CON MANOMETRO DI PRESSIONE PER MONITORAGGIO EMODINAMICO 1LT. (V9099) – QUANTITA' 20 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA'
------------------------	-------------------	-----------

		<b>DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 228: MORSETTO UNIVERSALE 50 X 50 MM FILETTATURA M 10. (V9099) – QUANTITA' 10 ANNUI**  
**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 229: SUPPORTI TERAPIA INFUSIONALE DEL TIPO RIGIDO PER LA TERAPIA IA E IV REALIZZATI IN POLISTIRENE LEGGERO E RESISTENTE, CON CUSCINETTO IN GOMMA SCHIUMA IPOALLERGICA E MORBIDI LACCI DI FISSAGGIO IN TECLIN® AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE; POLSO, CM 22,5X8,75 CON CINGHIE DI TENUTA CM 36,25 – TERAPIA I.A. POLSO, CM 16,25X6,90 CON CINGHIE DI TENUTA CM 22,5 – TERAPIA I.A. (V9099) – QUANTITA' 100 ANNUI**  
**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 230: COPPIA DI CUSCINI POGGIA COLLO IN GEL DI SILICONE O SIMILARI.. (Y033303) – QUANTITA' 10 ANNUI**  
**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 231: CUSCINO OCCIPITALE IN ALOVA COMPLETO DI FODERA. (Y033303) – QUANTITA' 10 ANNUI**  
**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA'</b>
-------------------------------	--------------------------	------------------



		<b>DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 232:** DISPOSITIVO ANTIDECUBITO DEL CAPO IN GEL DI SILICONE O SIMILARI. (Y033303) - QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 233:** SISTEMA PER LA PROTEZIONE AVANZATA DEL TALLONE CHE SI INTEGRA CON I DISPOSITIVI DI COMPRESIONE PER LA TVP, DOVRÀ RIDURRE LA ROTAZIONE DEL PIEDE DENTRO IL GAMBALETTA, FACILE DA APPLICARE CON IMBOTTITURA INTEGRATA SIMILE AD UN CUSCINO CHE FORNISCA UNA SUPERFICIE D'APPOGGIO COMODA, INOLTRE DOTATA DI FASCIA REGOLABILE PER RIDURRE IL RISCHIO DI FLESSIONE PLANTARE. LA TALLONIERA DOVRÀ MANTENERE IL PIEDE IN POSIZIONE VERTICALE COMPLETO DI CUNEO STABILIZZATORE PER PIEDE E GAMBA. (Y033309) - QUANTITA' 10 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 234:** FERMA POLSI PER PAZIENTI ALETTATI IN TNT MEDICALE TRASPIRANTE CON ATTACCO IN VELCRO LAVABILE A 40° CON ACQUA E SAPONI NEUTRI. QUANTITÀ ANNUA PEZZI 300. (Y033399) - QUANTITA' 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 235:** PROTEGGI GOMITO E TALLONI SUPER IMBOTTITO TRASPIRANTE, IN TNT MEDICALE CON ATTACCO IN VELCRO LAVABILE A 40° CON ACQUA E SAPONI NEUTRI. QUANTITÀ ANNUA PEZZI 300. (Y033399) – QUANTITÀ 50 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 236:** ATTACCO PER ARTI CON GUANTONE DI PROTEZIONE E APPOSITO SPAZZI PER L'INSERIMENTO DELLE DITA. LAVABILE A 40° CON ACQUA E SAPONI NEUTRI. QUANTITÀ ANNUA PEZZI 300. (Y033399) – QUANTITÀ 50 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 237:** POSIZIONATORE PER LA TESTA IN ALOVA COMPLETO DI FODERA FODERA DI RICAMBIO PER POSIZIONATORE. (Y033399) – QUANTITÀ 10 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 238:** POSIZIONATORE DEL TIPO GONFIABILE MANUALMENTE PER MIGLIORARE LA POSIZIONE DEL PAZIENTE IN DECUBITO LATERALE POSIZIONABILE SGONFIO SOTTO L'ASCELLA IN MODO ATRAUMATICO E GONFIABILE SECONDO LE ESIGENZE DEGLI OPERATORI DI RIANIMAZIONE. (Y033399) – QUANTITÀ 20 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 239:** POSIZIONATORE SEMILATERALE IN ALOVA COMPLETO DI FODERA. (Y033399) – QUANTITA' 3 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 240:** POSIZIONATORI PER BRACCIO E SPALLA IN ALOVA MIS.B/D B/S B/DRITTO. (Y033399) – QUANTITA' 4 PER MISURA TOTALE 12 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 241:** SUPPORTO DI IMMOBILIZZAZIONE ARTI PER TERAPIA IV, LEGGERO E MODELLABILE PER PREMATURI, NEONATI, BAMBINI E ADOLESCENTI. MISURE INDICATIVE. (Y033399)

9 CM LUNG 3-4 CM LARG

13 CM LUNG 4 CM LARG

16 CM LUNG 5 CM LARG

22 CM LUNG 9 CM LARG

33 CM LUNG 9 CM LARG.

QUANTITA' 50 PER MISURA TOTALE 250 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 242:** TALLONIERA AVVOLGENTE PER DECUBITI DORSALI E LATERALI IN ALOVA. (Y033399) – QUANTITA' 12 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO

Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 243:** TALLONIERA CON SOSTEGNO ANTIEQUINO IN ALOVA. (Y033399) – QUANTITA' 15 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 244:** COLLARE CERVICALE PER EMERGENZA MISURA GRANDE, MEDIA, PICCOLA. (Y060312) –10 PER MISURA TOTALE 30 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 245:** COLLARI TIPO BELMONT ADULTI. (Y060312) – QUANTITA' 100 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 246:** SISTEMA DI TRASFERIMENTO NO-LIFT PER IL TRASFERIMENTO LATERALE LETTO/BARELLA/TAVOLO DI PROCEDURA COSTITUITO DA UN MATERASSINO SEMIRIGIDO IN MATERIALE SCHIUMOSO LEGGERO, INDEFORMABILE, RIVESTITO IN NYLON TEFLONIZZATO E DA UN TELO TUBOLARE ROTANTE, ANTISTRAPPO, IGNIFUGO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO. MIS. 180 X 50 CM, PIEGHEVOLE. INDICATO PER L'UTILIZZO INTENSIVO IN RADIOLOGIA, SALA OPERATORIA, PRONTO SOCCORSO, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA. (Y123099) – QUANTITA' 10 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
------------------------	-------------------	---------------------------

Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 247:** SISTEMA PER L'UMIFICAZIONE ATTIVA IN PAZIENTI CON RESPIRO SPONTANEO AD ALTI FLUSSI DOTATO DA TURBINA INTEGRATA, POSSIBILITÀ DI INGRESSO O<sub>2</sub>, ASTA DEDICATA IN GRADO DI MANTENERE LIVELLI COSTANTI DI TEMPERATURA E UMIDITÀ.. (Z120301908) – QUANTITÀ 3 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 248:** SISTEMA DI UMIFICAZIONE ATTIVO A CONTROLLO AUTOMATICO PER VENTILAZIONE MECCANICA IN RIANIMAZIONE E ANESTESIA IN GRADO DI MANTENERE LIVELLI COSTANTI DI TEMPERATURA E UMIDITÀ A DIFFERENTI FLUSSI DI GAS, CON DOPPIA MODALITÀ DI UTILIZZO. (Z120301908) – QUANTITÀ 3 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 249:** CAVI COMPATIBILI CON MONITOR A NOSTRA DISPOSIZIONE. (Z1203020280) – QUANTITÀ 50 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 250:** PORTA TRASDUTTORI. (Z1203020280) – QUANTITÀ 20 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITÀ
------------------------	-------------------	----------

		<b>DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 251:** DEVIATORE DI OSSIGENO CHE PERMETTA CON UNA SEMPLICE MANOVRA DI SCEGLIERE SE SOMMINISTRARE AL PAZIENTE OSSIGENO UMIDIFICATO O SECCO ANCHE AD ALTI FLUSSI. (Z120309) - QUANTITA' 25 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 252:** CAVI DI COLLEGAMENTO TRA SENSORI INVASIVI PER MONITORAGGIO EMODINAMICO E CONSOLLE PER LA RILEVAZIONE DEL SEGNALE.. (Z12050585) - QUANTITA' 10 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 253:** CARD ANNUALE PER SISTEMA DI MONITORAGGIO EMODINAMICO PER LA DETERMINAZIONE DEI SEGUENTI PARAMETRI: CO, IC, SV E SUA VARIAZIONE, RSV CON EFFICIENZA DEL CICLO CARDIACO, PRESSIONE SISTOLICA, DIASTOLICA, DICROTICA, FC, E VARIAZIONE ISTANTANEA DELLA PRESSIONE, CONTRATTILITÀ. IL SISTEMA DEVE FUNZIONARE BATTITO BATTITO ED IN PRESENZA DI CONTROPULSATORE ED IN PAZIENTI PEDIATRICI SENZA CALIBRAZIONE IN VITRO O IN VIVO. LA DITTA AGGIUDICATRICE DOVRA' FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO N°1 APPARECHIATURA. (Z12050585) - QUANTITA' 1 ANNUI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</b>
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 254:** SENSORI MONOUSO MONO PER LA DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO BIS PER MONITOR IN NOSTRO POSSESSO. (Z12100385) – QUANTITA' 2 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 255:** SENSORI MONOUSO BILATERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO BIS PER MONITOR IN NOSTRO POSSESSO. (Z12100385) – QUANTITA' 2 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

**LOTTO 256:** SISTEMA DI DRENAGGIO AUTOMATICO DEL LIQUOR E DIAGNOSI IDROCEFALO. NORMOTESO CON POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE L'INFUSION TEST PER LA DIAGNOSI DI NPH E CALCOLO AUTOMATICO DELLA RESISTENZA (ROF). COMPOSIZIONE KIT PER DRENAGGIO: CIRCUITO CON RUBINETTO A 3 VIE + TRASDUTTORE DI SEGNALE + SACCA.

IL MONITOR DOVRÀ ESSERE FORNITO IN COMODATO D'USO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA. (Z12109003) – QUANTITA' 2 ANNI

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Caratteristiche Tecnico-Costruttive	40	SI/NO
Caratteristiche funzionali	25	SI/NO
Caratteristiche della confezione e dell'etichetta	5	SI/NO

IL PUNTEGGIO MINIMO DI QUALITÀ NECESSARIO PER ESSERE DICHIARATI IDONEI E QUINDI AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DEL PREZZO È PARI AL 50 % DEL PUNTEGGIO MASSIMO (PUNTI 35)

Il punteggio minimo di qualità necessario per essere dichiarati idonei e quindi ammessi alla valutazione del prezzo è pari al 50 % del punteggio massimo (punti 35)

b) **campionatura.** per la valutazione qualitativa dei prodotti con base d'asta inferiore a 100 euro è necessaria la campionatura.

la campionatura, che si intende inviata a titolo gratuito, deve:

- essere in confezioni ed etichetta originale, identica cioè ad un'ipotetica fornitura: ciò al fine di consentire un riscontro completo (prodotto e confezionamento)
  - essere provvista di marcatura di conformità ce
- essere corredata, ove previsto dalla normativa vigente, di foglio illustrativo con le istruzioni per l'uso in lingua italiana.

### **18.1.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno dei parametri, per ogni prodotto offerto, verrà attribuita collegialmente, dalla Commissione Giudicatrice, la totalità dei punti previsti se il requisito è presente per il prodotto offerto o nessun punto se il requisito non è presente.

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico, la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà nei seguenti termini:

1. alla dichiarazione di non ammissibilità alle fasi successive della gara per i concorrenti che non avessero conseguito un punteggio di almeno 35 punti su 70 punti disponibili;
2. alla riparametrazione del punteggio totale previsto di 70 punti; in tale caso al concorrente che risulti aver conseguito il punteggio più elevato saranno attribuiti 70 punti mentre ai restanti concorrenti sarà attribuito il punteggio in forma proporzionale.
3. alla stesura dei punteggi totali PT risultanti per ciascun concorrente ammesso.

### **18.1.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

In relazione al prezzo offerto per ogni singolo lotto, al netto di IVA, la Stazione Appaltante attribuirà alla ditta che offrirà il prezzo complessivo più basso per ogni singolo lotto (**P<sub>min</sub>** prezzo più basso offerto per ogni singolo lotto) il punteggio massimo pari a **30 punti**, mentre agli altri concorrenti il punteggio attribuito sarà in base alla seguente formula:

$$(P_{\min}/P_x)*30$$

dove:

P<sub>min</sub>: è il prezzo più basso presentato per ogni singolo lotto

P<sub>x</sub>: è il prezzo dell'offerta economica in esame.

### **18.1.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$PTOT = PT+PE$$

dove:

a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;

b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno \_\_\_\_/2019, alle ore 11:00 presso la Struttura Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica sita in Via V. Cortese n. 21 -88100 Catanzaro e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre (3) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il portale Net4Market almeno tre (3) giorni prima della data fissata.

Il Seggio di Gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare l'inserimento sulla piattaforma telematica del numero di serie della marca temporale associata all'offerta economica e il caricamento della documentazione amministrativa da parte dei concorrenti.

Una volta aperta la documentazione amministrativa, procederà a controllarne la completezza Successivamente il Seggio di Gara procederà a:



- α) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- β) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- γ) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- δ) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei "pliche" e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice:

- le offerte tecniche sono conservate direttamente sulla piattaforma informatica Net4Market che non le rende accessibili alla stazione appaltante fino alla chiusura formale delle verifiche della documentazione amministrativa; successivamente alla conclusione della fase amministrativa, le medesime offerte tecniche potranno essere visionate direttamente dai soggetti interessati mediante l'uso di proprie credenziali di accesso.
- per le offerte economiche viene invece adottata la procedura denominata "BCT ®", Busta Chiusa Telematica, che, tramite il rispetto di una sequenza temporale di operazioni e mediante l'utilizzo della marcatura temporale, permette di garantire in termini assoluti l'inviolabilità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara appositamente costituito procederà in seduta pubblica, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà all'assegnazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice;

Ai concorrenti ammessi sarà quindi trasmessa una comunicazione riportante le tempistiche definite per il caricamento in piattaforma dell'offerta economica.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'Area di competenza che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Altre cause di esclusione relative all'offerta economica sono riportate all'art.7 dell'allegato n.3 Disciplinare telematico.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

### 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni

dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'A.O. Pugliese - Ciaccio si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente qualora in corso di vigenza dello stesso, il Soggetto aggregatore e/o con unione di acquisto temporanea tra aziende sanitarie dovesse stipulare apposita convenzione con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato; tuttavia, non si farà luogo alla risoluzione ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o accordi quadro (ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge regionale n. 37/2014);

## **25. ORDINATIVI E MODALITÀ DI CONSEGNA**

Gli ordinativi di acquisto vengono emessi dalla struttura competente aziendale.

Il Fornitore si obbliga a garantire la stretta osservanza delle quantità, dell'orario e del luogo di consegna indicati di volta in volta negli ordinativi. I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione e il facile immagazzinamento. Gli imballaggi dovranno riportare in caratteri ben leggibili descrizione del dispositivo, quantità contenuta e ogni altra informazione utile relativa al riconoscimento. L'eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del Fornitore.

Su ogni bolla di accompagnamento devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (n. lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell'ordine a cui si riferisce la spedizione).

Le consegne dovranno essere effettuate tassativamente entro **5 giorni lavorativi dall'ordine**, salvo casi d'urgenza in cui il Fornitore dovrà far fronte alle richieste con tempestività mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile.

Gli ordinativi rimasti inevasi dopo il termine suindicato, si considereranno annullati, salvo eventuali conferme.

Saranno rifiutate le consegne i cui prodotti non risultano corrispondenti come tipo a quelli richiesti o che presentino deterioramenti negli imballaggi per negligenza o in conseguenza del trasporto.

Il Fornitore per le consegne dichiarate non accettabili dovrà provvedere alla sostituzione con urgenza e prima che il materiale venga sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva per questa A.O., circa i casi più gravi di applicare sanzioni; in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte di questa A.O. per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

## **26. SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI**

Tutti i prodotti dovranno essere sterili, latex free e confezionati singolarmente.

Tutti i prodotti offerti devono rispondere alle vigenti disposizioni legislative relative all'autorizzazione alla produzione, importazione e commercializzazione ed essere conformi alla normativa sui dispositivi medici prevista dal d.lgs. n. 46/97. Tutti i prodotti dovranno avere il marchio CE.

La confezione di vendita e, ove prescritto dalla normativa vigente, anche il pezzo singolo dovrà riportare:

1. Descrizione del prodotto (scheda tecnica, indicazioni modalità impiego, etc.)
2. Numero del lotto e data di scadenza
3. Nome e indirizzo del produttore

4. Numero di pezzi contenuti nella confezione vendita
5. Sterilità e metodi di sterilizzazione (ove necessario)
6. Condizioni per la conservazione

## **27. SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI**

Qualora durante il periodo di fornitura la ditta aggiudicataria metta in commercio materiale analogo a quello oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, l'Azienda potrà richiedere la sostituzione con nuovi dispositivi a parità di condizioni economiche contrattuali.

Le migliori prestazioni dei dispositivi saranno valutate con apposita relazione e verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento Farmaceutico, senza alcun aggravio di costi.

## **28. PENALI**

Nel caso di ritardi nella somministrazione rispetto ai termini indicati nel presente capitolato, l'amministrazione appaltante applicherà una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

Perdurando il ritardo nella consegna, la Stazione Appaltante potrà dichiarare rescisso il rapporto contrattuale a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a fornirsi da altri fornitori addebitando al fornitore inadempiente le maggiori spese che dovesse derivare dall'applicazione di prezzi meno favorevoli per la stazione appaltante.

## **29. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La fase dell'esecuzione contrattuale sarà gestita ai sensi dell'art. 101 del Codice dal DEC nella persona del Dott. Piero Maglia

## **30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catanzaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **31. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

### **Finalità del trattamento**

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Dati sensibili**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

#### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

#### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

#### **Si precisa, altresì che:**

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).

## **II RUP**