

## ALLEGATO A

**PROCEDURA APERTA PER LA COSTITUZIONE IN CONTO DEPOSITO, PER TRENTASEI MESI, DI KIT PER LA RIGENERAZIONE TISSUTALE OSSEA NECESSARI ALLE ATTIVITÀ DELL'U.O.C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.**

### LOTTO n. 1

#### **COSTITUZIONE IN CONTO DEPOSITO DI KIT PER LA RIGENERAZIONE TISSUTALE OSSEA.**

kit per la rigenerazione tissutale ossea

<b>kit annuali richiesti</b>	<b>Numero kit</b>
Kit/anno per la produzione autologa di concentrato cellulare da sangue midollare, plasma ricco di piastrine e siero di trombina	45
Kit/anno per la produzione autologa di plasma ricco di piastrine	45
Provette/anno certificate per uso clinico per la produzione autologa di plasma ricco di piastrine	45
Provette/anno certificate per uso clinico per la produzione autologa di siero di trombina	45

<b>CARATTERISTICA</b>	<b>PUNTI SI /PROP</b>	
Provette certificate per la produzione autologa di concentrato cellulare da sangue midollare, plasma ricco di piastrine e siero di trombina per uso clinico, datate di apposito selettore cellulare per preparazione concentrato, che garantiscono un recupero di cellule leucocitarie fino al 66% e di cellule mononucleate fino al 90%	10	
Kit per produzione di concentrato cellulare da sangue midollare, plasma ricco di piastrine e siero di trombina dotato di doppio confezionamento sterile per utilizzo in sala operatoria	10	
Composizione del kit per la produzione autologa di concentrato cellulare da sangue midollare, plasma ricco di piastrine e siero di trombina: 4 provette	10	

certificate per uso clinico per la produzione concentrato midollare, 1 trocar per prelievo sangue midollare, campana di trasferimento, campana di prelievo, 2 provette certificate per uso clinico per preparazione PRP, ago butterfly, 1 provetta certificata per preparazione siero di trombina		
Semplicità d'uso dei componenti del kit per la produzione autologa di concentrato cellulare da sangue midollare, plasma ricco di piastrine e siero di trombina per ottenere il prodotto finito ( descrivere procedura)	10	
Composizione del kit per la produzione autologa di plasma ricco di piastrine: campagna di trasferimento, campana di prelievo, 2 provette certificate per uso clinico per preparazione PRP, ago butterfly	10	
Provetta per la preparazione di sangue ricco di piastrine dotata di apposito selettore cellulare per preparazione PRP da sangue periferico che garantisca un recupero piastrinico superiore al 95% una deplezione degli eritrociti>_ al 99.5% , un recupero leucocitario totale compreso tra il 30-35%, una deplezione selettiva di granulociti>_ al 87%, un recupero di cellule mononucleate>_ 67%	10	
Provette certificate per uso clinico per la produzione autologa di siero di trombina, dotate di apposito selettore cellulare tixotropico	5	
Provette per preparazione di sangue ricco di piastrine e per produzione autologa siero di trombina in confezione sterile preferibilmente di 3 pezzi, singolarmente blisterati	5	
<b>TOTALE</b>	<b>70 PUNTI</b>	

**Importo base d'asta €uro 180.000,00**