

ALLEGATO A

PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) e ART. 95, COMMA 4 D.LGS. 50/2016, MEDIANTE R.D.O. MEPA CON INVITOAPERTO, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER CONTROLLI DI ACCETTAZIONE E DI STATO DI CUI AL D.Lgs. 101/2020, RELATIVI ALL'ANGIOGRAFO PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA - CIG: 87567613C7

Lotto 1 - CIG:

Strumentazione per i controlli di accettazione in radiologia interventistica digitale

- Misuratore di indici dosimetrici (KAP , K_{air} , IP) idoneo anche per misure a basso dose rate;
- Fantocci per i controlli di qualità in fluoroscopia digitale sottrattiva (DSA), conforme al protocollo AAPM. Report 15: "Performance evaluation and quality assurance in digital subtraction angiography", con relativo software di elaborazione;
- Fantoccio, o set di fantocci, per la qualità delle immagini di rivelatori digitali, con particolare interesse alla verifica della sensibilità a basso contrasto e del range dinamico, con relativo software di elaborazione;
- Fantoccio per controlli di qualità di routine sulle immagini fluoroscopiche e fluorografiche per rivelatori digitali dinamici, comprensivo di modulo per verifica kV, con relativo software di elaborazione;
- software di elaborazione automatica dei parametri acquisiti con fantoccio TOR18 (già in possesso perchè in uso per controlli di qualità in radioterapia);
- Set di lastre di PMMA di dimensioni 30X30X1 cm ciascuna;
- Attenuatore spessore Al con lastra supporto;
- Set di filtri in Al (purezza 99.5%) di spessori variabili;
- Set di filtri in Cu di spessore variabile
- Apposite custodie e carrello di trasporto;
- Hardware portatile compatibile con i software di elaborazione forniti

Importo complessivo base d'asta Euro 40.000,00 IVA esclusa

L'aggiudicazione del lotto avverrà secondo il criterio previsto dall'art. 95 comma 4 del Codice e cioè a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta al minor prezzo.

*Il Responsabile del procedimento
Dr. Pasquale Santaguida*