

BANDO ESPLORATIVO N. **36** DEL 27.02.2019

**PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA " Lancette Pungitallone per prelievo capillare indolore in 5 misure " SCADENZA il 16.03.2018 S.O.C. di T.I.N. e Patologia Neonatale fascicolo 42/F -**

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti - rispetto al dispositivo conosciuto e di seguito indicato - aventi specifiche tecniche "equivalenti" a quelle sotto descritte:

- 1) denominazione dispositivo medico conosciuto: **Lancette Pungitallone per prelievo capillare indolore in 5 misure per la S.O.C. T.I.N. e Patologia Neonatale** ;
- 2) indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medici : per prelievo capillare indolore tramite Lama in acciaio Chirurgico .
- 3) descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dal dispositivo medico : **Lancette Pungitallone per prelievo capillare indolore tramite lama in acciaio chirurgico a doppia affilatura caricata a molla in 5 misure** con codice colore utilizzabile con una mano , taglio ad arco per un'ottima cicatrizzazione, riduzione infezione ;
- 4) denominazione del produttore del dispositivo conosciuto : Vitrex rivenditore A.E.P. Medica ;

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un dispositivo avente caratteristiche funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire, entro il 16.03.2019, un plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'indirizzo sotto indicato:

Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio", Via Vinicio Cortese, 10 - 88100 Catanzaro.


Sul plico dovrà essere indicato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i.
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse a bando esplorativo n **36** /27.02.2019.).


Il plico dovrà contenere:

1. Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
2. Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
3. Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche del dispositivo ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico ((D.Lgs. 50/2016, art. 68 c. 6) ), esplicitativa e dettagliata;
4. Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;
5. Costo unitario presunto (desunto da listino);
6. Quantità annuale presunto: 10.000 pz .

Punto Istruttore  
Vitaliano Marino



Responsabile del Procedimento  
dott. Sergio Chiarella



Email [vmarino@aocz.it](mailto:vmarino@aocz.it) tel. 0961-883575