

BANDO ESPLORATIVO N. 82 DEL 28.06.2019 PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI  
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA  
"Acquisto Videolaringoscopio AIRTRAQ AVANT " ; Scadenza il 15.07.2019 ore 13:00 fascicolo  
77/f S.O.C. Medicina D'Urgenza ed Accettazione -

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti - rispetto al dispositivo conosciuto e di seguito indicato - aventi specifiche tecniche "equivalenti" a quelle sotto descritte:

1 denominazione dispositivo medico conosciuto: **Videolaringoscopio AIRTRAQ AVANT COMPLETO DI ACCESSORI** ;

2 indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico: Per la gestione delle vie aeree :-

3 descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dal dispositivo, che consentono di soddisfare le esigenze sopra indicato: Unico ed Esclusivo Videolaringoscopio ottico per intubazioni, con canale per il posizionamento del tubo tracheale composto da una parte mono paziente (lama e visore) ed una pluriuso (fino a 100 volte) contenente l'ottica, l'elettronica ed il sistema antiappannante ;

4 denominazione del produttore del dispositivo conosciuto: produttore Prodol Meditec fornitore Teleflex Medical srl ;

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un dispositivo avente caratteristiche funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire entro giorno 15.07.2019 un plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'indirizzo sotto indicato:

Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio", Via Vinicio Cortese, 10 - 88100 Catanzaro

Sul plico dovrà essere indicato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i.
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse a bando esplorativo n 82 28.06.19);

Il plico dovrà contenere:

1. Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
2. Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, n° repertorio dei dispositivi medici;
3. Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche del dispositivo ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico ((D.Lgs. 50/2016, art. 68 c. 6) ), esplicitativa e dettagliata;
4. Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;
- 5.-Costo unitario presunto , allegare Listino prezzi .
6. Consumo *annuo previsto come da scheda A allegata* .

Punto Istruttore  
Vitaliano Marino

Responsabile del Procedimento  
Rag. Anna Curcio

Email [vmarino@aocz.it](mailto:vmarino@aocz.it) tel 0961-883575 fax 0961-883505

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro - Tel. + 39 961/

Fax +39 961/

e-mail: [@aocz.it](mailto:@aocz.it)

P.Iva/CF: 01991520790




S ERVIZIO  
S ANITARIO  
R EGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie



AZIENDA OSPEDALIERA  
"Pugliese Ciaccio"  
Catanzaro



REGIONE CALABRIA

**A**

### *Dipartimento Emergenza e Accettazione*

### *Unità Operativa di Medicina D'Urgenza ed Accettazione*

*Direttore : Dott. PEPPINO MASCIARI*

### FABBISOGNO ANNUO

Nr.100pz. Lame monouso Airtraq Avant per videolaringoscopia ed intubazione con ottica riutilizzabile.  
Misura small (per tubi dal 6 al 7,5) con codice colore. Monouso

Nr.100pz. Lame monouso Airtraq Avant per videolaringoscopia ed intubazione con ottica riutilizzabile.  
Misura media (per tubi dal 7 all'8,5) con codice colore. Monouso

Nr.2pz. Kit Videocamera con touchscreen integrato e batteria ricaricabile funzionante unicamente come accessorio per il video-laringoscopio Airtraq completa di stazione di ricarica ed accessori.

Nr.2pz. Ottica, riutilizzabile fino a 100 volte, ricaricabile con apposita docking station per Lame Airtraq Avant.

