



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Pugliese - Ciaccio"
Catanzaro



Area Acquisizione Beni e Servizi

REGIONE CALABRIA

A.O. Pugliese - Ciaccio CATANZARO
prot. 2245 del 21/01/2022

Spett.le
Operatori economici
Via piattaforma SISGAP

Oggetto: procedura aperta suddivisa in 12 lotti avente ad oggetto la fornitura in service per sessanta mesi di strumenti analitici e dispositivi medici integrati per l'esecuzione di esami chimico clinici per la UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche - **CHIARIMENTI** (segue precedenti del 21/01)

Ad integrazione e PARZIALE SOSTITUZIONE di quanto già pubblicato sulla piattaforma SIGAP il 21/01/2022 (mattina), ed in particolare del SOLO chiarimento riportato in chiusura della pagina tre, si specifica:

DOMANDA: si chiede specificazione e conferma della necessità - ai fini de requisito di minima - di dover determinare il profilo "A" che prevede una serie di analiti per come elencati dal richiedente (pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, Hct, tHb, O₂Hb, COHb, HHb, MetHb, Glucosio, Lattato, Bilirubina totale, FHB, Osmolarità plasmatica), chiarendo altresì se l'indicazione del parametro FHb (emoglobina fetale) all'interno del Profilo "A" costituisca refuso, in quanto non costituisce un parametro d'urgenza, né di interesse per tutti i reparti.

RISPOSTA: no, non è necessario che la determinazione del profilo "A" preveda la serie di analiti per come elencati dal richiedente. Se presente nel capitolato tecnico e/o altro documento di gara tale prescrizione (anche solo relativamente al parametro FHb – emoglobina fetale), trattasi di un refuso.

Il Dirigente
dott. Paolo Tripodi