

S.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 36/2023 per la determinazione del prezzo da porre a base d'asta per la fornitura di sistemi antidecubito da destinare a varie UU.OO. dell'azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco di catanzaro:

L'AOU renato Dulbecco rende noto che intende procedere alla predisposizione degli atti di Gara per l'affidamento della fornitura di sistemi antidecubito da destinare a varie UU.OO. dell'azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, e nello specifico:

- Lotto 1, sistemi antidecubito per pazienti a basso/medio rischio (Degenza)
- lotto 2, sistemi antidecubito per pazienti ad alto7altissimo rischio (T.I.)

Per tale ragione, il presente avviso è finalizzato all'acquisizione di dati relativi ai prezzi di mercato solitamente praticati relativi a tali forniture, al fine di determinare l'importo da porre a base d'asta di una eventuale successiva procedura di gara.

ART. 1 CARATTERISTICHE

Lotto 1 - Sistema antidecubito a pressione alternata per pazienti a basso/medio rischio (Degenza)
SUPERFICIE DI SUPPORTO

- Completamente sostitutiva del materasso ospedaliero
- Con doppia modalità terapeutica
- Fluttuazione d'aria alternata tra i vari settori
- In grado di garantire una portata terapeutica di 250 Kg
- Dotata di funzionalità dinamica a bassa pressione di contatto atta a garantire la perfusione tissutale
- Costituita da celle d'aria indipendenti sostituibili singolarmente, con:
 - zona testa possibilmente a pressione costante
 - zona toracica e zona gambe con celle a fluttuazione dinamica per lo scarico attivo delle pressioni esercitate
- Formata da celle, con altezza non inferiore a 16 cm, gonfiate mediante un compressore che alterna ciclicamente l'aria tra i vari settori
- Dotata di adeguata autonomia di mantenimento del gonfiaggio di almeno 6 ore, in caso di interruzione dell'energia elettrica o di necessità di interruzione dell'alimentazione per spostamenti



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
"Renato Dulbecco"
Catanzaro



REGIONE CALABRIA

- Adeguamento automatico delle pressioni in base al peso ed alle variazioni posturali del paziente regolato da un sistema di controllo
- Dotata di sistema CPR e sgonfiabile rapidamente
- In grado di assicurare per le attività di nursing il funzionamento a bassa pressione continua (statico)
- Adattabile a tutti i letti ospedalieri
- Deve disporre di vari punti di fissaggio al letto tramite cinghie o sistema analogo
- Dotata di sistema che garantisca l'anti-affossamento del tronco
- Dotata di sistema antiscivolo dal letto
- La superficie di appoggio e la copertura devono essere "latex-free"

TELO DI COPERTURA

- Impermeabile ai liquidi, permeabile al vapore per prevenire la macerazione
- Materiale anallergico, antibatterico, antimicotico e ignifugo
- Dotato di cerniera e/o sistemi di adesione al materasso che evitino infiltrazioni di essudati, urine, nella parte sottostante
- Facilmente intercambiabile
- Bielastico che riduca l'attrito evitando le forze di taglio e frizione
- Lavabile e disinfettabile
- Autoclavabile e/o sterilizzabile.

COMPRESSORE

- Pannello di controllo con comandi semplici e ben visibili dotato di allarmi
- Istruzioni di utilizzo semplici e chiare in lingua italiana o con pittogrammi
- Provvisto di sistemi di ancoraggio al letto (sponde e/o pediera)
- Bassa rumorosità, basse vibrazioni
- Dimensioni e peso ridotti
- Connettori semplici e sicuri e non a contatto con la persona
- Dotato di sistema filtrante (filtri anti-polvere,) per evitare l'ingresso/uscita di batteri.
- Allarmi acustici e visivi attivi per di segnalare anomalie nel funzionamento e in mancanza di energia elettrica, tacitabili.
- Completo di cavo di alimentazione di lunghezza adeguata dotato di meccanismo di ancoraggio o sistema avvolgi-cavo per non intralciare le manovre assistenziali
- Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi stabiliti nel Capitolato
- Alimentazione 230 V 50 Hz
- Certificazioni a norma di legge
- Marcatura CE

Lotto 2 – Sistema antidecubito a pressione alternata per pazienti ad alto/altissimo rischio (Degenza Terapia Intensiva)

SUPERFICIE DI SUPPORTO

Completamente sostitutiva del materasso ospedaliero

A fluttuazione d'aria alternata tra i vari settori o riequilibrio dinamico automatico della pressione

In grado di garantire portata terapeutica di 250 Kg

- Dotata di funzionalità dinamica a bassa pressione di contatto atta a garantire la perfusione tissutale
- Costituita da celle d'aria indipendenti sostituibili singolarmente, con:
 - zona testa possibilmente a pressione costante
 - zona toracica e zona gambe con celle a fluttuazione dinamica per lo scarico attivo delle pressioni esercitate
- Formata da celle, con altezza non inferiore a 18 cm, gonfiate mediante un compressore che alterna ciclicamente l'aria tra i vari settori
- Dotata di adeguata autonomia di mantenimento del gonfiaggio di almeno 6 ore, in caso di interruzione dell'energia elettrica o di necessità di interruzione dell'alimentazione per spostamenti
- Adeguamento automatico delle pressioni in base al peso ed alle variazioni posturali del paziente regolato da un sistema di controllo
- Dotata di sistema CPR e sgonfiabile rapidamente
- In grado di assicurare per le attività di nursing il funzionamento a bassa pressione continua (statico)
- Adattabile a tutti i letti ospedalieri
- Deve disporre di vari punti di fissaggio al letto tramite cinghie o sistema analogo
- Dotata di sistema che garantisca l'anti-affossamento del tronco
- Dotata di sistema antiscivolo dal letto
- La superficie di appoggio e la copertura devono essere radiotrasparenti e "latex-free"

TELO DI COPERTURA

Impermeabile ai liquidi, permeabile al vapore per prevenire la macerazione

Materiale anallergico, antibatterico, antimicotico e ignifugo

Dotato di cerniera e/o sistemi di adesione al materasso che evitino infiltrazioni di essudati, urine, nella parte sottostante

Facilmente intercambiabile

Bielastico che riduca l'attrito evitando le forze di taglio e frizione

Lavabile e disinfettabile

Autoclavabile e/o sterilizzabile.

COMPRESSORE

Pannello di controllo con comandi semplici e ben visibili dotato di allarmi

Istruzioni di utilizzo semplici e chiare in lingua italiana o con pittogrammi

Provvisto di sistemi di ancoraggio al letto (sponde e/o pediera)

A bassissima rumorosità, privo di vibrazioni

Dimensioni e peso ridotti

Connettori semplici e sicuri e non a contatto con la persona

Dotato di sistema filtrante (filtri anti-polvere,) per evitare l'ingresso/uscita di batteri.
Allarmi acustici e/o visivi in grado di segnalare anomalie nel funzionamento
Completo di cavo di alimentazione di lunghezza adeguata dotato di meccanismo di ancoraggio o sistema avvolgi-cavo per non intralciare le manovre assistenziali
Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi stabiliti nel Capitolato
Alimentazione 230 V 50 Hz
Certificazioni a norma di legge
Marcatura CE

Gli operatori economici interessati dovranno indicare il prezzo di mercato tramite compilazione del modello n.1, solitamente praticato per le tipologie di prodotto richieste;
L'indicazione, come sopra formulata, non è da considerarsi in alcun modo vincolante né per l'operatore economico né per L'AOU Renato Dulbecco, in quanto è unicamente finalizzata ad una migliore redazione degli atti di gara (ed in particolare alla determinazione congrua della base d'asta).
L'AOU Renato Dulbecco si riserva di definire i quantitativi e le condizioni della fornitura in fase di eventuale successiva procedura di gara.

ART.2 TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLE INFORMAZIONI

Ai fini suddetti, si richiede ad eventuali operatori economici interessati, che ritengono di essere in grado di fornire quanto sopra indicato, di informare di tale possibilità questa Azienda ospedaliera e di presentare entro il termine delle ore 12,00 del giorno 10/01/2025, con le modalità indicate nel modello allegato (Mod.1).

L'indicazione dei prezzi di mercato solitamente praticati, ha il solo scopo di permettere all'Azienda la stima del costo dell'intera fornitura relativa ad ogni lotto e la conseguente determinazione dell'importo da porre a base di gara. Pertanto, l'offerta economica non sarà soggetta ad alcuna valutazione ai fini dell'affidamento della fornitura.

L'Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

ART.3 COMUNICAZIONI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente Avviso di indagine di mercato dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, entro il 07/01/2025 ore 12:00.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05 ed in particolare mediante la funzione "comunicazioni" disponibile sulla piattaforma www.acquistinretepa.it –

strumento d'acquisto Gare in ASP nonché inoltro via PEC al recapito areabenieservizi@pecaocz.it e comunicazione via posta elettronica ordinaria al recapito ppregoni@aoz.it.

Art.4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura relativa al presente avviso.

Art.5 PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale: www.aoz.it e sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it di Consip.

ALLEGATI: modello 1

Catanzaro, 19 dicembre 2024

il RdP
dott. Paolo Tripodi